

Regione del Veneto  
**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

**Delibera del Direttore Generale n. 414 del 01/03/2022**

OGGETTO: ID 21A189 - Procedura per la fornitura di "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale - Università Padova. Aggiudicazione fornitura ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

Il Sostituto Responsabile della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1965 del 04/11/2021 è stata indetta procedura, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

A seguito della pubblicazione tramite la piattaforma telematica "Sintel" ha inviato entro il termine stabilito (22/01/2022) la documentazione richiesta la sola ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI).

A seguito seduta del 24/01/2022 l'Autorità di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa caricata dalla ditta Olympus Italia S.r.l., constatando che questa risulta completa e corretta e, pertanto, ammettendo la ditta alla fase successiva di gara.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 28/01/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta concorrente.

La Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta concorrente ha redatto i

**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA**

seguenti Verbali: Verbale n. 1 del 04/02/2022 e Verbale n. 2 del 08/02/2022, allegati e parte integrante del presente atto.

Dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:

- ✓ La colonna videoendoscopica proposta dalla ditta Olympus Italia S.r.l. risulta possedere tutte le caratteristiche tecniche di minima richieste nel Capitolato Speciale;
- ✓ l'offerta tecnica ha ottenuto, sulla base dei criteri di qualità previsti nel Capitolato Speciale, un punteggio di 70 punti.

A seguito delle operazioni di apertura della busta telematica contenente l'offerta economica della ditta Olympus Italia S.r.l., come da Verbale del 14/02/2022 allegato al presente atto di cui ne fa parte integrante e sostanziale, è risultato quanto segue:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 180.000,00 I.V.A. esclusa

Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
Olympus Italia S.r.l.	€ 159.759,51	70	30	100

Si propone pertanto, di assegnare la fornitura di n. 1 "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale – Università Padova alla ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) per un importo complessivo di € 159.759,51 I.V.A. 22% esclusa, che viene dettagliato nell'offerta presentata dalla ditta e allegata al Verbale apertura economica del 14/02/2022.

Viene approntato il presente provvedimento avendo presente quanto dalla normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi, in particolare l'articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso:

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** della suesposta proposta e accertato che il Sostituto Responsabile della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

**DELIBERA**

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. di prendere atto del Verbale del 14/02/2022 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica della ditta Olympus Italia S.r.l., unica offerente. Tale Verbale comprende: i Verbali n. 1 del 04/02/2022 e n. 2 del 08/02/2022 della Commissione Giudicatrice e l'offerta della ditta aggiudicataria;
2. di aggiudicare, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 1 "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale – Università Padova alla ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI) per un importo complessivo di € 159.759,51 I.V.A. esclusa, che viene dettagliato nell'offerta della ditta allegata al Verbale del 14/02/2022;
3. di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione di cui al punto precedente all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa;
5. di precisare che la spesa complessiva di € 194.906,60 I.V.A. 22% inclusa verrà imputata al conto di costo n. 20024001 avente per oggetto "Attrezzature sanitarie e scientifiche" – esercizio 2022;
6. di precisare che la spesa complessiva di € 925,13 I.V.A. inclusa per la pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verrà imputata al conto di costo n. 400202011207 avente per oggetto "Altri servizi da privato". Tale costo dovrà essere rimborsato alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione;
7. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), a sensi dell'articolo 101 del del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale – Università Padova;
8. di dare atto che gli atti essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013, di

cui all'Allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale – Università Padova;

9. di delegare il Sostituto Responsabile della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti

Il Direttore Generale  
F.to Dr.Giuseppe Dal Ben



Regione del Veneto

## AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – [www.aopd.veneto.it](http://www.aopd.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aopd@pecveneto.it](mailto:protocollo.aopd@pecveneto.it)

### DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

**ID Gara n. 21A189 – Procedura negoziata telematica per la fornitura di “Colonna videoendoscopica” per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedale – Università Padova.**

#### VERBALE APERTURA ECONOMICA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio alle ore 13,00 (tredici/zero) presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – Viale della Navigazione Interna 38 – 35129 Z.I. Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. n. 10388/2022 (costituito dal Dott. Fabio Franceschi, in qualità di Autorità di gara, dalla Sig.ra Michela Zulian assistente amministrativo in qualità di teste e dal Rag. Fabio Moro collaboratore amministrativo in qualità di teste e verbalizzante), procede in seduta riservata all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

Premesso che:

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1965 del 04/11/2021;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato “Sintel”;
- come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel ha caricato entro il termine fissato nei documenti di gara (22/01/2022) la documentazione richiesta la ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI);
- in data 24/01/2022 l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa, e a seguito di tale operazione ha ammesso la ditta alla

fase successiva di gara;

- l'aggiudicazione avverrà sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 28/01/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Olympus Italia S.r.l.;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione dell'offerta tecnica ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 04/02/2022 e 08/02/2022, i relativi verbali custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta che l'offerta tecnica presentata dalla ditta Olympus Italia S.r.l. possiede tutte le caratteristiche tecniche di minima previste nel Capitolato Speciale e a ottenuto un punteggio qualità di 70 punti.

Alle ore 11,00 l'Autorità di gara procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 180.000,00 I.V.A. esclusa

Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
Olympus Italia	€ 159.759,51	70	30	100

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di gara che regolano la presente procedura, ed a quell'altro dovesse emergere in merito alla regolarità dell'offerta e della documentazione presentata dalla ditta aggiudicataria.

La seduta di gara si conclude alle ore 13,20.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 3 (tre) facciate e n. 3 Allegati rappresentati da: Verbale n. 1 del 04/02/2022 e Verbale n. 2 del 08/02/2022 della Commissione Giudicatrice, offerta della ditta Olympus Italia S.r.l., riportante gli esiti della seduta, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE


Dott. Fabio Franceschi



---

TESTE

Sig.ra Michela Zulian



---

TESTE E VERBALIZZANTE

Rag. Fabio Moro



---

**VERBALE N. 1 DEL 04/02/2022**

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COLONNA  
 VIDEOENDOSCOPICA PER LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALE-  
 UNIVERSITÀ PADOVA  
 ID 21A189**

Il giorno 4 febbraio 2022 alle ore 8:40 tramite la piattaforma telematica Google Meet si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm. ii., per la fornitura di "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1965 del 04/11/2021.

Il Direttore Generale con Delibera n. 120 del 28/01/2022 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente:  
 Prof. Piero Nicolai – U.O.C. Otorinolaringoiatria


Componenti:  
 Dott.ssa Nausica Montalto – U.O.C. Otorinolaringoiatria  
 P.I. Davide Barbieri – U.O.S. Ingegneria Clinica

**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è costituita da un unico lotto;
- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio stabilito all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 

▪ offerta tecnica	punteggio massimo punti 70
▪ offerta economica	punteggio massimo punti 30
- a seguito pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica "Sintel" e sul sito istituzionale ha inviato la documentazione richiesta la ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI).

IL PRESIDENTE



- constatata la presenza di tutti componenti;

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  - la presentazione della gara
  - l'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditta Olympus Italia S.r.l. tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste dai documenti di gara;
  - l'eventuale attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione riportati nel Capitolato Speciale
- dà corso alla lettura della documentazione tecnica presentata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.




A seguito delle operazioni sopraindicate la Commissione rileva:

- ✓ che la colonna videoendoscopica proposta dalla ditta Olympus Italia S.r.l. possiede tutti i requisiti/caratteristiche minime richieste dai documenti di gara;


decide di fissare per martedì 8 febbraio 2022 alle ore 8:40 la seconda seduta per l'attribuzione dei punteggi qualità sulla base dei criteri di valutazione riportati nel Capitolato Speciale.


La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 9:50.


Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

<b>Componente</b>	
Prof. Piero Nicolai (Presidente)	
Dott.ssa Nausica Montalto (componente)	
P.I. Davide Barbieri (componente)	

Verbalizzante: Fabio Moro







**VERBALE N. 2 DEL 08/02/2022**

**GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COLONNA  
VIDEOENDOSCOPICA PER LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALE-  
UNIVERSITÀ PADOVA  
ID 21A189**

Il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 8:40 tramite la piattaforma telematica Google Meet si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm. ii., per la fornitura di "Colonna videoendoscopica" per la U.O.C. Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedale-Università Padova, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1965 del 04/11/2021.

Il Direttore Generale con Delibera n. 120 del 28/01/2022 ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente:

Prof. Piero Nicolai – U.O.C. Otorinolaringoiatria

Componenti:

Dott.ssa Nausica Montalto – U.O.C. Otorinolaringoiatria


P.I. Davide Barbieri – U.O.S. Ingegneria Clinica


**PREMESSO CHE**

- la fornitura di cui trattasi è costituita da un unico lotto;
- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio stabilito all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
  - offerta tecnica                      punteggio massimo punti 70
  - offerta economica                      punteggio massimo punti 30
- a seguito pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica "Sintel" e sul sito istituzionale ha inviato la documentazione richiesta la ditta Olympus Italia S.r.l. di Segrate (MI).

**IL PRESIDENTE**

- constatata la presenza di tutti componenti:










- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano:
  - l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione riportati nel Capitolato Speciale


La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi qualità come da prospetto che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 9:15.


Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Componente	
Prof. Piero Nicolai (Presidente)	
Dott.ssa Nausica Montalto (componente)	
P.I. Davide Barbieri (componente)	


Verbalizzante: Fabio Moro







Criteri di valutazione della qualità		Punteggio massimo	Ditta Olympus Italia S.r.l.
<b>SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA: CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ qualità costruttiva del sistema</li> <li>➤ caratteristiche del video processore</li> <li>➤ livelli di zoom disponibili, N. profili utente programmabili</li> <li>➤ testina della telecamera: peso, dimensioni, n. comandi disponibili direttamente sulla testina e modalità di sterilizzazione;</li> </ul>	10	10	
<b>SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA: CARATTERISTICHE FUNZIONALI</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Caratteristiche funzionali del sistema</li> <li>➤ Qualità delle immagini: resa cromatica, luminosità e contrasto capacità di enfaticizzare i vasi e la struttura superficiale della mucosa e di esaltare le strutture anatomiche</li> <li>➤ Semplicità e immediatezza interfaccia utente con possibilità di selezionare diversi profili e diversi settaggi in modo facile ed intuitivo</li> </ul>	15	15	
<b>SISTEMI PER BIOENDOSCOPIA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Letteratura scientifica a supporto dell'evidenze del sistema offerto;</li> <li>➤ Certificazioni (eventuali certificazioni FDI)</li> </ul>	30	30	
<b>OTTICHE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ campo di vista (°), lunghezza (cm), efficacia delle soluzioni tecnologiche per aumentare la resistenza agli urti e al reprocessing e diminuire le distorsioni dell'immagine,</li> </ul>	10	10	
<b>ASSISTENZA TECNICA</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tempi massimi di intervento garantiti dalla chiamata;</li> <li>➤ Organizzazione del servizio: distanza della sede, numero di tecnici disponibili presso la sede, giorni della settimana e della copertura oraria per la ricezione delle richieste di intervento tecnico, disponibilità e fascia oraria di assistenza telefonica</li> </ul>	5	5	
Punteggio totale		70	70


OGGETTO: ID 20A188 - Procedura aperta telematica per la fornitura di "Ecografi" per la UOSD Procezione Medicamentale Assistita dell'Azienda Ospedale - Università Padova

La scrivente Impresa OLIVIMPUS ITALIA SRL, Società Unipersonale, con sede legale in 20054 SESTATE (MI), Via S.Bonif 1,3, avvent. P.I.C.F. n. 10934840152, nella persona del Legale Rappresentante PALLADINI LUCA, nato a MILANO, 08.10.1974, in riferimento alla Procedura in oggetto, presso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa e vincolante:

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marcia prodotto	CND	Numero iscrizione reperitorio (se Direttiva 93/42/CEE)	Prezzi Offerti (nr.)	Prezzo unitario (MAX 5 decimali)	Aliquota I.V.A.	Prezzo complessivo (prezzo unitario x q. di)	Percentuale di ribasso rispetto alla base d'asta (MAX 5 decimali)
		Colonna telemedica:ecografi costi componenti		EC4979485 (composto da NS426850 - OTV5200 e NS000850) telemedicoscopia EMF-VH)	OLIVIMPUS	NS426850 end 21202406 NS000850 cod 212021006	NS426850 nrm 1515392/R NS000850 nrm 482989	1	26.000,00 €	22%	€ 26.000,00	
		OLTV5200 and EMF-VH	OTV5200 and EMF-VH		OLIVIMPUS			1	5.525,00 €	22%	€ 5.525,00	
		OLTV5200 Monitor Mediale Olympus 12" Diap. 32" 2HD 4K	OLTV5200 Monitor Mediale Olympus 12" Diap. 32" 2HD 4K		OLIVIMPUS			1	12.986,03 €	22%	€ 12.986,03	
		TESTA DI TELECAMERA WILCOX "CH-S2000Z-FC" AUTOCALIBRANTE (n. NS705820)	TESTA DI TELECAMERA WILCOX "CH-S2000Z-FC" AUTOCALIBRANTE (n. NS705820)		OLIVIMPUS			1	1.808,07 €	22%	€ 1.808,07	
		WMAH90 CONTROL BET CI	WMAH90 CONTROL BET CI		OLIVIMPUS			1	1.808,07 €	22%	€ 1.808,07	
		CLUSTI FONTE DI LUCE ETNODIAGNOSTICA OLIVIMPUS STROBOLIB (LED)	CLUSTI FONTE DI LUCE ETNODIAGNOSTICA OLIVIMPUS STROBOLIB (LED)		OLIVIMPUS			1	7.797,87 €	22%	€ 7.797,87	
		nc2cm Ric. Single, DA S201	nc2cm Ric. Single, DA S201		OLIVIMPUS			1	1.808,07 €	22%	€ 1.808,07	
		nc2cm Remote Capture & Access	nc2cm Remote Capture & Access		OLIVIMPUS			1	1.808,07 €	22%	€ 1.808,07	
1	1	MAJ3127 - BRACCIO PER CONTROLLO INFERMIERE VMA-NP3	MAJ3127 - BRACCIO PER CONTROLLO INFERMIERE VMA-NP3		OLIVIMPUS			1	1.115,40 €	22%	€ 1.115,40	11,2%
		Touch Panel 21" Adami ZAMD21GV7T5	Touch Panel 21" Adami ZAMD21GV7T5		OLIVIMPUS			1	1.115,40 €	22%	€ 1.115,40	
		EMF-VH3 VIDEODIAGNOSTICO TELEPROCTICO	EMF-VH3 VIDEODIAGNOSTICO TELEPROCTICO		OLIVIMPUS			1	17.615,00 €	22%	€ 17.615,00	
		EMF-VH	EMF-VH		OLIVIMPUS			2	20.179,25 €	22%	€ 40.358,50	
		VIDEODIAGNOSTICO OLIVIMPUS	VIDEODIAGNOSTICO OLIVIMPUS		OLIVIMPUS			5	2.916,55 €	22%	€ 14.582,75	
		Telescopio "ULTRAX" 4 mm, 0"	Telescopio "ULTRAX" 4 mm, 0"		OLIVIMPUS			3	2.916,55 €	22%	€ 8.749,65	
		Telescopio "ULTRAX" 4 mm, 45"	Telescopio "ULTRAX" 4 mm, 45"		OLIVIMPUS			3	2.916,55 €	22%	€ 8.749,65	
		Telescopio "ULTRAX" 4 mm, 70"	Telescopio "ULTRAX" 4 mm, 70"		OLIVIMPUS			3	2.916,55 €	22%	€ 8.749,65	
		CANO PORTA LUCE 0,3 NA MM 7,3 M, SENZA CONDENSATORE CF	CANO PORTA LUCE 0,3 NA MM 7,3 M, SENZA CONDENSATORE CF		OLIVIMPUS			2	122.173,50 €	22%	€ 159.759,51	
							TOTALE OFFERTA ECONOMICA Comprensivo di Assistenza PER 24 mesi				€ 159.759,51	
							TOTALE PERCENTUALE RIBASSO IN CHIE					11,24%

N.B. La offera dovrà presentare assieme all'offerta il listino prezzi accessori per ecografi (modello per i quali partecipa alla presente gara) indicando la percentuale di sconto da applicare per eventuali acquisti. Tale percentuale rimane fissa ed invariata per tutta la durata della garanzia (24 mesi).

Tutti i prezzi sopraesposti sono comprensivi e rivedibili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

ONERI SICUREZZA (rt. D. Lgs. 50/2016, Art. 95, comma 10), pari € 1.597,59 del prezzo di offerta, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura

COSTI DELLA MANODOPERA (rt. D. Lgs. 50/2016, Art. 95, comma 10), pari a € 792,78 sul prezzo di offerta, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura



## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

## **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 1/3/2022

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---

Copia composta di n°15 fogli ( incluso il presente ) della delibera n. 414 del 1/3/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

**Il Direttore**  
**UOC AFFARI GENERALI**  
**(Avv.Maria Grazia Cali)**

---