

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 2156 del 14/10/2022

OGGETTO: ID 21A247.4 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, per la fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del Terzo Piano del Corpo Trattamenti del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova. Aggiudicazione.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, la gara ad evidenza pubblica per la fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del Terzo Piano del Corpo Trattamenti del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con Delibera del Direttore Generale n. 844 del 22/04/2022 è stata indetta la procedura aperta da espletare ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del Terzo Piano del Corpo Trattamenti del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Con il medesimo atto è stato stabilito di prevedere l'aggiudicazione del lotto unico ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Entro il termine perentorio fissato al 14/06/2022, hanno presentato offerta le ditte Altamed srl (C.F. 03831290287) e CS MED srl (C.F. 01579240936), in qualità di mandataria assieme a Techlab Works srl (C.F. 04603060874) in qualità di mandante.

A seguito di verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte sopracitate, questa è risultata completa e corretta, come da verbale agli atti datato 12/07/2022, e pertanto le stesse ditte sono state ammesse alla fase successiva di gara.

Con Delibera del Direttore Generale n. 1389 del 04/07/2022, e successiva deliberazione del Direttore Generale di rettifica n. 1648 del 05/08/2022,

è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica.

Sulla base dei Verbali della Commissione Giudicatrice datati 16/08/2022 e 08/09/2022, risulta quanto segue:

- ✓ il lotto è aggiudicabile;
- ✓ l'offerta tecnica presentata dalla ditta Altamed srl ha ottenuto 70 punti nel criterio "Qualità";
- ✓ l'offerta tecnica presentata dalla ditta CS MED srl ha ottenuto 59 punti nel criterio "Qualità";

di conseguenza entrambe le offerte tecniche risultano superiori alla soglia di sbarramento prevista fissata in 42 punti e, pertanto, vengono ammesse alla fase successiva di gara.

In data 21/09/2022 l'Autorità di Gara ha proceduto all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte sopracitate con i seguenti esiti:

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Altamed srl	472.600,00	70	25,43	95,43
2^	CS MED srl	449.144,40	59	30,00	89,00

Le offerte pervenute non sono superiori all'importo a base d'asta, stabilito nei documenti di gara (€ 500.000,00 IVA esclusa di cui € 2.400,00 per costi relativi a interferenze non soggetti a ribasso).

Si propone pertanto di assegnare la fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del Terzo Piano del Corpo Trattamenti del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova alla ditta Altamed srl (C.F. 03831290287) per un importo complessivo di € 472.600,00 IVA 22% esclusa, che viene dettagliato nell'Allegato D, inteso quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per maggiore chiarezza si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale come Allegato 1 il Verbale del 21/09/2022 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'apertura della busta telematica economica delle ditte Altamed srl e CS MED srl e all'individuazione della prima come aggiudicataria della fornitura in argomento.

Tale Verbale del 21/09/2022 comprende:

- ✓ verbale n. 1 del 16/08/2022 della Commissione Giudicatrice;
- ✓ verbale n. 2 del 08/09/2022 della Commissione Giudicatrice;
- ✓ offerta della ditta Altamed srl;

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

✓ offerta della ditta CS MED srl.

Si evidenzia che la procedura di gara per la fornitura in argomento non è allo stato attuale oggetto di una gara programmata a livello regionale e non è inserita in convenzioni attive della CONSIP.

Viene approntata la presente delibera avendo presente quanto disposto dalla normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi ed in particolare a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di prendere atto del Verbale del 21/09/2022 con il quale l'Autorità di gara ha provveduto all'apertura della busta telematica economica delle ditte Altamed srl e CS MED srl e all'individuazione della prima come aggiudicataria della fornitura in argomento. Tale Verbale del 21/09/2022 comprende:

- ✓ verbale n. 1 del 16/08/2022 della Commissione Giudicatrice;
 - ✓ verbale n. 2 del 08/09/2022 della Commissione Giudicatrice;
 - ✓ offerta della ditta Altamed srl;
 - ✓ offerta della ditta CS MED srl.;
- 2) di aggiudicare conseguentemente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 alla ditta Altamed srl (C.F. 03831290287) la fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del Terzo Piano del Corpo Trattamenti del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova per l'importo di € 472.600,00 IVA 22% esclusa con opzione di € 260.000,00 IVA 22% esclusa;
- 3) di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace, a seguito della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/16, al momento in corso di esecuzione;
- 4) di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/16, se ed in quanto diventa efficace l'aggiudicazione;
- 5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica Dott.ssa Maria Elena Serafin, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16;
- 6) di precisare che la spesa complessiva è di € 576.572,00 IVA 22% inclusa sarà assegnata al conto di costo n. 20024001 avente per oggetto "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche";
- 7) di dare atto che il CIG per questa procedura d'acquisto è 92039446DC;
- 8) di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 50/16, l'Ing. Giovanni Borile della UOS Sistemi Informativi;
- 9) di dare atto che i dati essenziali richiesti dal D.Lgs. 33/13, di cui all'allegato, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedale-Università Padova;

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

- 10) di delegare il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel.+ 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

GARA n. ID 21A247.4 – “GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 SISTEMI DI INTEGRAZIONE AUDIO E VIDEO PER LE SALE OPERATORIE DEL TERZO PIANO DEL POLICLINICO DELL’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA”.

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA DEL 21/09/2022

L'anno 2022 (duemilaventuno) il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre alle ore 13:30 (tredici e trenta) in Padova, Viale della Navigazione n. 38 presso la sede della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha luogo la seduta riservata per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte partecipanti alla gara in oggetto indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 22/04/2022.

Si prende atto che:

- la procedura comprende n. 1 lotto e viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL ID 153958736;
- Il seggio di gara incaricato individuato con nota prot. n. 46542 del 11/07/2022 del RUP Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica è costituito da:
 - Dott.ssa Maria Elena Serafin – in qualità di Autorità di gara;
 - Rag. Fabio Moro – in qualità di teste e verbalizzante.
- Entro il termine fissato al 14/06/2022 ore 10:00 sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
 - Altamed srl (C.F. 03831290287);
 - CS Med srl (C.F. 01579240936), in qualità di mandataria assieme a Techlab Works srl (C.F. 04603060874), in qualità di mandante;

➤ la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1389 del 04/07/2022, e successiva deliberazione di rettifica n. 1648 del 05/08/2022, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche e delle demo presentate dalle ditte sopraindicate, precedentemente ammesse, come da Verbali del 07/09/2022 e del 08/09/2022, quest'ultimo pubblicato nella piattaforma Sintel.

In via preliminare vengono ricordate le modalità di aggiudicazione che avverrà sulla base di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti.

La Commissione Giudicatrice ha redatto n. 2 verbali allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto.

L'autorità di gara, quindi, procede con l'inserimento dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione Giudicatrice sulla piattaforma telematica Sintel, e precisamente:

- Altamed S.r.l. – Punti 70
- CS Med S.r.l. – Punti 59

e successivamente procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 500.000,00 di cui € 2.400,00 per costi di interferenza non soggetti a ribasso.

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Altamed Srl	€ 472.600,00	70	25,43	95,43
2^	CS Med S.r.l.	€ 449.144,40	59	30,00	89,00

La seduta viene chiusa alle ore 13,30.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 (due) facciate più i tre verbali della commissione giudicatrice e l'offerta della ditta aggiudicataria che vengono allegati al presente Verbale, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

La seduta di gara si conclude alle ore 13:45 (tredici e quarantacinque).

Il presente verbale è composto da n. 3 (tre) facciate e n. 4 allegati: Verbale n. 1 del 07/09/2022 e Verbale n. 2 del 08/09/2022 della Commissione Giudicatrice, offerta della ditta aggiudicataria Altamed S.r.l. e offerta della ditta 2^ in graduatoria CS Med S.r.l., viene sottoscritto come segue,

previa lettura e conferma:

AUTORITA' DI GARA

Dott.ssa Maria Elena Serafin

Maria Elena Serafin

TESTE VERBALIZZANTE

Rag. Fabio Moro

Fabio Moro

VERBALE N. 1 DEL 16 AGOSTO 2022

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI INTEGRAZIONE AUDIO
E VIDEO PER LE SALE DEL TERZO PIANO DEL POLICLINICO DELL'AZIENDA OSPEDALE -
UNIVERSITÀ PADOVA
ID 21A247.4**

Il giorno **16/08/2022 alle ore 10:00** presso la UOS Sistemi Informativi si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 22/04/2022.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1389 del 04/07/2022, e successiva delibera di sostituzione componente n. 1648 del 05/08/2022, ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente:
Ing. Erica Ceresola – U.O.S. Ingegneria Clinica

Componenti:
Ing. Lorenzo Favarato – U.O.S. Sistemi Informativi
Perito Piercarlo Gobetto – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO CHE

- la fornitura di cui trattasi è a lotto unico;
- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - offerta tecnica punteggio massimo punti 70
 - offerta economica punteggio massimo punti 30
- hanno presentato offerta le seguenti ditte: CS Med S.r.l. di Roveredo in Piano (PN) in qualità di mandataria assieme a Techlab Works S.r.l. e Altamed S.r.l. di Limena (PD).

In data odierna, la Commissione Giudicatrice, procede alla lettura del capitolato di gara, dei






requisiti minimi in esso richiesti e dei criteri di valutazione stabiliti.

Procede poi a visionare le offerte tecniche pervenute.

Si decide di convocare le ditte per la presentazione e la prova pratica dei sistemi di integrazione audio e video proposti che, come da accordi con le ditte, si svolgeranno indicativamente nell'arco di tempo che va dal 31/08/2022 al 06/09/2022.

La Commissione termina i lavori alle ore 11:00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Componente	
Ing. Erica Ceresola (Presidente)	
Ing. Lorenzo Favarato (componente)	
Perito Piercarlo Gobetto (componente)	

Verbalizzante: Fabio Moro

VERBALE N. 2 DEL 08/09/2022

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI INTEGRAZIONE AUDIO
E VIDEO PER LE SALE DEL TERZO PIANO DEL POLICLINICO DELL'AZIENDA OSPEDALE -
UNIVERSITÀ PADOVA
ID 21A247.4**

Il giorno **08/09/2022 alle ore 12:00** presso la UOS Ingegneria Clinica si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte relativa alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di cui in oggetto, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 844 del 22/04/2022.

Il Direttore Generale con Delibera n. 1389 del 04/07/2022, e successiva delibera di sostituzione componente n. 1648 del 05/08/2022, ha nominato la Commissione Giudicatrice, che risulta così composta:

Presidente:
Ing. Erica Ceresola – U.O.S. Ingegneria Clinica

Componenti:
Ing. Lorenzo Favarato – U.O.S. Sistemi Informativi
Perito Piercarlo Gobetto – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

PREMESSO CHE

- la fornitura di cui trattasi è a lotto unico;
- la fornitura in argomento sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016, ovvero a favore della ditta che risulterà aver proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola in base ai seguenti parametri:
 - offerta tecnica punteggio massimo punti 70
 - offerta economica punteggio massimo punti 30
- hanno presentato offerta le seguenti ditte: CS Med S.r.l. di Roveredo in Piano (PN) in qualità di mandataria assieme a Techlab Works S.r.l. e Altamed S.r.l. di Limena (PD).

Lotto 1:

IL PRESIDENTE

- constatata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara.




La Commissione sulla base:

- della documentazione tecnica caricata dalle ditte concorrenti;
- delle risposte inviate a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute;
- degli esiti degli incontri dimostrativi effettuati nelle seguenti date:
 - 31/08/2022 – ditta CS MED S.r.l.;
 - 06/09/2022 – ditta ALTAMED S.r.l.;

procede all'elaborazione delle motivazioni e dei punteggi, come da prospetto che viene allegato al presente Verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 13:30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Componente	
Ing. Erica Ceresola (Presidente)	
Ing. Lorenzo Favarato (componente)	
Perito Piercarlo Gobetto (componente)	

Verbalizzante: Fabio Moro

CRITERI	CARATTERISTICHE	Punteggio MAX	Punteggio min				
CRITERIO 1	CARATTERISTICHE TECNICHE	35	21				
CRITERIO 2	CARATTERISTICHE FUNZIONALI	30	18				
CRITERIO 3	SERVIZI	5	3				
TOTALE		70	42				
Tabelle assegnazione dei criteri (dettaglio dei sub-criteri)							
CRITERIO 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE - PUNTEGGIO MAX 35							
	Il punteggio maggiore sarà attribuito al sistema che garantirà le migliori prestazioni rispetto a:	Punteggio		Altamed S.r.l.	CS MED S.r.l	Motivazione Altamed S.r.l.	Motivazione CS MED S.r.l
1. Qualità del sistema	Gestione senza ritardi dei segnali video di ingresso ed uscita del sistema di video routing con risoluzione fino a 4K (ovvero 4.096 x 2.160 , 60Hz, RGB 4:4:4)	4		4	4		
2. Conversione dei segnali video	Capacità di conversione ed armonizzazione dei segnali video interna al modulo di integrazione per il trattamento con la matrice di routing , il sistema di registrazione e di comunicazione senza box esterni	10		10	10		
	Necessità di alimentazione esterna per i box di conversione del segnale	2		2	2		
	Posizionamento degli eventuali box di conversione all'esterno del rack di sistema	2		2	2		
	Downscaling del segnale video 4K a full HD per disponibilità in video routing, registrazione e comunicazione interno alla matrice 4K	2		2	2		
3. Sistema di cablaggio	Sistema di cablaggio che standardizzi e riduca la numerosità e la tipologia di cavi senza box esterni alimentati a rete	4		4	2	Cablaggio in fibra ottica e Categoria 7. il sistema prevede un backup-cabling per le sorgenti video essenziali.	Cablaggio in fibra ottica e Categoria 6
	Sistema di cablaggio che necessita di box esterni di conversione alimentati a rete	2		2	2		
	Sistema di cablaggio con componenti in fibra ottica almeno per i segnali 4K	2		2	2		
4. Espandibilità del sistema	Possibilità di implementazione di nuove sorgenti e destinazioni (con riferimento ad altre apparecchiature presenti o di futura acquisizione)	2		2	2		
	Modalità di implementazione di nuove sorgenti e destinazioni	2		2	2		
	Modalità e funzionalità di implementazione di un secondo monitor touch di comando del sistema (clone, indipendente, applicazione web...)	2		2	2		
5. Opzioni	Disponibilità, qualità e tipologia di opzioni in offerta per future espandibilità del sistema	1		1	1		
TOTALE CRITERIO 1				35	33		
CRITERIO 2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI - PUNTEGGIO MAX 30							
	Il punteggio maggiore sarà attribuito al sistema che garantirà le migliori prestazioni rispetto a:	Punteggio		Altamed S.r.l.	CS MED S.r.l	Motivazione Altamed S.r.l.	Motivazione CS MED S.r.l
1. Interfaccia grafica del sistema	Semplicità dell'interfaccia utente, intuitività dei comandi, diminuzione delle videate di comando, numero di comandi necessari per eseguire una funzione, qualità grafica della interfaccia	6		6	3	Ottima grafica semplice e intuitiva, le funzioni e le opzioni sono facilmente individuabili. L'interfaccia di controllo permette l'accesso alle funzioni principali senza sottomenù/tendine, con 3 schermate principali dedicate a Video Routing, Recording e Video Conference. Organizzazione con codice colore e presenza di pochi tasti-funzione.	Buona interfaccia, grafica discreta. L'interfaccia di controllo permette l'accesso alle funzioni principali ma sono presenti anche sottomenù per le diverse funzioni. Alcune funzioni richiedono varie selezioni per poter essere attivate.
	l'interfaccia con funzione a trascinamento sul touch screen di comando	3		3	3		
	l'interfaccia con comandi a pulsante sul touch screen di comando	1		1	1		
	Tipologia e modalità del PIP (Picture in Picture): a 2/4 immagini, diversi layout, su tutti i segnali, registrabile, utilizzabile in comunicazione, con uscita 4K per monitor di grandi dimensioni...	2		2	2		
						Disponibilità e visione contemporanea di tutte le sorgenti e destinazioni collegate al sistema. anteprime delle sole sorgenti	

2. Video Routing	Disponibilità e visione contemporanea dei preview di tutti i segnali in ingresso ed in uscita	2		2	1	collegate. Sistema di auto-riconoscimento delle sorgenti collegate che garantisce una rilevazione immediata di nuove sorgenti collegate/scollegate al sistema e la relativa modifica automatica dell'interfaccia grafica di controllo.	Le sorgenti e le destinazioni collegate e non al sistema, sono individuabili con icone grafiche. E' possibile la preview dei segnali video collegati affiancati alle icone rappresentative dello strumento.
	Riconoscimento automatico del segnale di ingresso con conseguente riconfigurazione della interfaccia grafica	2		2	2		
3. Documentazione	Qualità e semplicità di attivazione della registrazione di 2 segnali con risoluzione Full HD 60Hz contemporanea con ottima qualità	2		2	1	Disponibilità e visione contemporanea di tutte le sorgenti e destinazioni collegate al sistema, accesso immediato al comando di registrazione	Disponibilità di tutte le sorgenti e destinazioni disponibili. Le modalità di registrazione disponibili sono diverse e non di immediata attivazione.
	Disponibilità e qualità del preview sul segnale da registrare	1		1	1		
	Qualità e modalità di registrazione pregressa in tempi antecedenti il comando di avvio	3		3	2	Preregistrazione di 1 minuto, 5 minuti o dall'inizio della procedura operatoria. Creazione di filmati a partire da snapshot catturati durante l'intervento.	La preregistrazione dei flussi video pregressi può avvenire configurando a sistema un tempo di anticipo.
4. Comunicazione	Qualità e semplicità di attivazione della comunicazione: comunicazione bidirezionale audio/video con 2 canali video in uscita (risoluzione 1080p 60Hz) ed un canale in ingresso (risoluzione 1080p 60Hz)	2		2	2		
	Disponibilità e qualità del preview sul segnale in comunicazione	1		1	1		
	Occupazione di banda per una comunicazione con segnale video 1080p 60Hz	1		1	0	il sistema di comunicazione consente di adattare automaticamente il frame rate in base alla banda disponibile. Occupazione di banda inferiore a 2Mbps	Il sistema di comunicazione consente di avere contemporaneamente un flusso video ad alta risoluzione per lo streaming locale ed un flusso secondario a risoluzione minore.
	Numero di moduli hardware di comunicazione bidirezionale audio/video per la fornitura	4		4	4		
TOTALE CRITERIO 2				30	23		
CRITERIO 3 - SERVIZI - PUNTEGGIO MAX 5							
	Il punteggio maggiore sarà attribuito al sistema che garantirà le migliori prestazioni rispetto a:	Punteggio		Altamed S.r.l.	CS MED S.r.l	Motivazione Altamed S.r.l.	Motivazione CS MED S.r.l
1. Formazione del personale Sanitario e Tecnico	Verranno valutate: Durata dei corsi di formazione e numero di edizioni Esaustività degli argomenti trattati Esercitazioni pratiche sulle apparecchiature	2		2	2		
2. Contratto di manutenzione	Caratteristiche dell'assistenza tecnica full risk offerta, con tempi e modalità di intervento migliorativi rispetto a quanto richiesto	3		3	1	I servizi di manutenzione ed assistenza tecnica vengono svolti dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al di fuori c'è un servizio di reperibilità telefonica. Svolgimento dell'intervento entro le 1 ora lavorative dal ricevimento formalizzato della chiamata, l'intervento può essere svolto da remoto. Completamento della riparazione entro le 2 ore successive. Disponibilità a fornire apparecchiature sostitutive in caso di fermi macchina superiori a quattro giorni lavorativi dalla chiamata. Garanzia 36 mesi. La disponibilità delle parti di ricambio e di eventuali materiali di consumo è assicurata per un periodo non inferiore a dieci anni.	Prestazioni svolte dalle ore 08.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì (il sabato si offre la disponibilità per chiamate urgenti o per appuntamenti fissati preventivamente). Interventi on site garantiti entro 6 ore dalla chiamata, interventi in supporto da remoto sono garantiti entro 4 h dalla chiamata. Tempo di intervento on site entro 6 ore dalla chiamata. Fornitura di muletto. Offerti n.3 anni di garanzia full risk. La reperibilità dei ricambi è garantita per 5 anni dalla data di scadenza della garanzia
TOTALE CRITERIO 3				5	3		
TOTALE CRITERIO 1+2+3				70	59		

ALLEGATO E
- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA CON PREZZI

ID 21A247.4 - Fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del 3° Piano del Policlinico

La scrivente impresa ALTAMED S.R.L. con sede legale in LIMENA (PD) Via C. BATTISTI 31/C avviae P.I.a C.F. n. 03891280287 nella persona del Legale Rappresentante Ing. GIORGIO CRAVERA nato a PADOVA il 3/10/1958 in riferimento alla Procedura ID 21A247.4 DI CUI IN TESTATA per la fornitura di N. 4 SISTEMI DI INTEGRAZIONE AUDIO E VIDEO PER LE SSOO DEL TERZO PIANO DEL POLICLINICO, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta:
n. OC22-00275 DEL 9/6/2022
Firma digitale apposta - Ing. Giorgio Cravera L.R. ALTAMED S.R.L.

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto (fabbricante) nome commerciale dispositivo misure	Codice prodotto (fabbricante) compilare una riga per codice offerto	Codice distributore compilare una riga per codice offerto	CND	Codice Repertorio DM - RDM-	Dispositivo medico di classe (I) sistema o kit assemblato (2)	Pezzi per confezione minima di vendita	Sottoposto a scadenza	GTIN per singolo REF	Quantità	Prezzo unitario	Aliquota I.V.A.	Importo totale
1	1	Sistemi di integrazione audio e video MOD. HELION 4K CONFIGURATO COME DA OFFERTA DETTAGLIATA OC22-00275	VEDASI OFFERTA DETTAGLIATA OC22-00275	VEDASI OFFERTA DETTAGLIATA OC22-00275	VEDASI OFFERTA DETTAGLIATA OC22-00275	VEDASI OFFERTA DETTAGLIATA OC22-00275	VEDASI OFFERTA DETTAGLIATA OC22-00275	NO	NO	NO	4	118.150,00 €	22%	472.600,00 €
OLTRE A COSTI PER INTERFERENZE DELL'ENTE APPALTATORE												2.400,00 €	2.400,00 €	
PARI A EURO												TOTALE COMPLESSIVO DI OFFERTA CON I COSTI PER INTERFERENZE DELL'ENTE APPALTATORE PARI A EURO 475.000,00 €		

LA DITTA DOVRA' DICHIARARE LA PERCENTUALE DI SCONTO CHE VIENE APPLICATA SUL LISTINO PREZZI PER EVENTUALI ACQUISTI OPZIONALI DI ACCESSORI. TALE PERCENTUALE DI SCONTO RIMANE FISSA E INVARIATA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA. PERCENTUALE DI SCONTO: 25%

ONERI PER LA SICUREZZA IN CAPO ALLA DITTA OFFERENTE, GIA' INCLUSI NEL PREZZO PROPOSTO, PARI A EURO 4.726,00

ALTAMED S.R.L.
Ing. Giorgio Cravera
Firma digitalmente

ALLEGATO E
- SCHEMA OFFERTA ECONOMICA CON PREZZI

ID 21A2474 - Fornitura e posa in opera di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del 3° Piano del Policlinico
 La scrivente Impresa CS MED SRL, con sede legale in ROVERDO IN PIANO (PN), Via LUCIANO SAVIO, 14, avviene P.I.C.F. n. 01579240395, nella persona del Legale Rappresentante BOLZAN GIANNPAOLO, nato a AVIANO il 24/01/1965, in riferimento alla Procedura APERTA per la fornitura di " ID 21A2474 - Procedura aperta per la fornitura di n. 4 sistemi di integrazione audio e video per le sale operatorie del terzo piano del Policlinico Ospedale-Università Padova" presso sito delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta:

n. 201/2022

Firma:



Lotto	Rif.	Descrizione prodotto (Fabbricante) nome commerciale dispositivo misure	Codice prodotto (fabbricante) compilare una riga per codice offerto	Codice distributore compilare una riga per codice offerto	CND	Codice Repertorio DM - RDM-	Dispositivo medico di classe (1) sistema o kit assemblato (2)	Pezzi per confezione minima di vendita	Sottoposto a scadenza	GTIN per singolo REF	Quantità	Prezzo unitario	Aliquota I.V.A.	Importo totale
1	1	Xe - Integrale Control of Surgical Environments con sistema di telecamere ambientali e chirurgiche e server di archiviazione	TLW_MS_XE	TLW_MS_XE	Sistemi integrati per acquisizione e gestione di immagini endoscopiche e di chirurgia mini-invasiva	496802	Classi I - non sterili e senza funzioni di misura	NO	NO	NO	4	78.435,00	22	313.740,00
1	2	Point Of Care Endovision	TLW_MS_EVHW_DS	TLW_MS_EVHW_DS	Sistemi integrati per acquisizione e gestione di immagini endoscopiche e di chirurgia mini-invasiva	1280582	Classi I - non sterili e senza funzioni di misura	NO	NO	NO	4	7.143,60	22	28.574,40
1	3	Sony LDM-X3200MD 32"4K 2D LCD monitor	LDM-X3200MD	LDM-X3200MD	Z11900802 - Monitor per visualizzazione di biomaggini	36612	Classi I - non sterili e senza funzioni di misura	NO	NO	NO	10	6.864,00	22	68.640,00
1	4	Sony LDM-X550MD 55"4K 2D LCD monitor	LDM-X550MD	LDM-X550MD	Z11900802 - Monitor per visualizzazione di biomaggini	1403235R	Classi I - non sterili e senza funzioni di misura	NO	NO	NO	1	20.286,00	22	20.286,00
1	5	Panel PC 24"	POCM-W22C-UT3	TLW_POCM-W22C/V24C	Strumentazione varia per la gestione delle biomaggini digitali	2267713	Classi I - non sterili e senza funzioni di misura	NO	NO	NO	4	4.476,00	22	17.904,00
IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESCLUSA														448.144,40

N.B. Creare una riga per ogni prodotto proposto, come per allegato D

LA DITTA DOVRA' DICHIARARE LA PERCENTUALE DI SCONTO CHE VIENE APPLICATA SUL LISTINO PREZZI PER EVENTUALI ACQUISTI DI ACCESSORI. TALE PERCENTUALE DI SCONTO RIMANE FISSA E INVARIATA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA. PERCENTUALE DI SCONTO: 5% SUL LISTINO ACCESSORI E RICAMBI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 14/10/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°18 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2156 del 14/10/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
