

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. /Anno 2022

Padova, 21/02/2023

Oggetto: ID GARA 20P065 – Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a titolo di noleggio di generatori, sistemi resettoscopici e materiale di consumo per l'Azienda Ospedale – Università' Padova.

Richiesta chiarimenti 1

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 1

1	Nelle caratteristiche tecniche richieste monopolare e bipolare sono gli unici modelli richiesti. non si fa menzione alla tecnologia plasmacinetica che da anni è il gold standard nella resezione urologica prostatica . Quindi la vostra richiesta esclude a priori le aziende che privilegiano questa tecnologia ? in allegato uno dei tanti lavori scientifici a supporto della tecnologia plasmacinetica	<i>Si conferma il capitolato. Si precisa che è possibile presentare prodotti equivalenti ai sensi e con le modalità previste all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016. L'equivalenza sarà valutata dalla Commissione.</i>
2	Nella colonna 1 , descrizione , si definisce la descrizione e tra parentesi (12 pcs) nella colonna 2 si definisce il fabbisogno di 36 mesi ma il numero "fabbisogno" è da intendersi a confezione o a pezzi ?? in quanto 2 dei codici richiesti è di 6 , un altro 18, altro 30 che non sono multipli di 12	<i>Si chiede di non considerare i pezzi indicati nella colonna 2. Il fabbisogno richiesto per 36 mesi è da intendersi a pezzi.</i>

Il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin
originale firmato agli atti