

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. /Anno 2022

Padova, 24/03/2023

Oggetto: ID GARA 20P065 – Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a titolo di noleggio di generatori, sistemi resettoscopici e materiale di consumo per l'Azienda Ospedale – Università' Padova.

Richiesta chiarimenti 4

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 4

1	Nelle caratteristiche tecniche richieste monopolare e bipolare sono gli unici modelli richiesti. non si fa menzione alla tecnologia plasmacinetica che da anni è il gold standard nella resezione urologica prostatica . Quindi la vostra richiesta esclude a priori le aziende che privilegiano questa tecnologia ? in allegato uno dei tanti lavori scientifici a supporto della tecnologia plasmacinetica	<i>Si conferma il capitolato. Si precisa che è possibile presentare prodotti equivalenti ai sensi e con le modalità previste all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016. L'equivalenza sarà valutata dalla Commissione.</i>
2	Nella colonna 1 , descrizione , si definisce la descrizione e tra parentesi (12 pcs) nella colonna 2 si definisce il fabbisogno di 36 mesi ma il numero "fabbisogno" è da intendersi a confezione o a pezzi ?? in quanto 2 dei codici richiesti è di 6 , un altro 18, altro 30 che non sono multipli di 12	<i>Si chiede di non considerare i pezzi indicati nella colonna 2. Il fabbisogno richiesto per 36 mesi è da intendersi a pezzi.</i>
3	Nelle caratteristiche tecniche dei resettori non è specificato se devono essere provvisti di ottica rigida. Chiediamo se la ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo di noleggio i resettori compresi o meno di ottiche rigide.	<i>Le ottiche rigide non devono essere fornite. Si veda risposta al chiarimento n. 4.</i>

4	<p>Rif. Capitolato art. 2.2. - Lotto 1 Resettori - in uno con Vostra risposta alla richiesta di Chiarimenti n. 3 del 20/3/2023. Spettabile Ente, L'art. 2.2. del Disciplinare di gara prevede che i n. 20 resettori oggetto della richiesta di offerta debbano essere -completi di accessori necessari all'utilizzo immediato-. Alla risposta al chiarimento n. 3 pubblicato il 20/03/2023, nel quale l'OE chiedeva se i resettori dovessero o meno essere dotati di ottiche, Codesta Azienda ha risposto testualmente -le ottiche rigide non devono essere fornite-. Si chiede, quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di confermare che le ottiche rigide necessarie per l'utilizzo dei resettori non si debbano considerare loro accessori, secondo quanto previsto dall'art. 2.2. del capitolato; 2. Se, in caso di aggiudicazione e successiva fornitura di resettori privi di ottiche, gli stessi possano considerarsi completi di accessori necessari all'utilizzo immediato. 3. Poiché nel capitolato tecnico non è presente il requisito/richiesta della compatibilità dei resettori offerti con ottiche di altro Fabbricante/marchio, considerato che, per quanto a noi noto, l'utilizzo dei resettori non possa prescindere dall'uso di ottiche, si chiede se il capitolato tecnico sia corretto e completo o se, per mero errore materiale, manchi la richiesta di necessaria compatibilità dei resettori con ottiche di marchio diverso, oppure si chiede se la risposta alla richiesta di chiarimento n. 3 sia un refuso. 4. Nel caso confermate la correttezza e completezza del capitolato e della risposta al chiarimento n. 3, si chiede di conoscere i marchi delle ottiche rigide in dotazione a Codesta Spettabile Azienda in modo da poter valutare la compatibilità dei prodotti che si intendono offrire. 	<p><u>Si comunica, a rettifica della risposta al chiarimento n. 3, che la fornitura di quanto richiesto deve essere completa di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento. Pertanto, devono essere offerte anche le ottiche rigide.</u></p>
5	<p>Buongiorno, in merito al chiarimento inviato: - Nelle caratteristiche tecniche dei resettori non è specificato se devono essere provvisti di ottica rigida. Chiediamo se la ditta aggiudicataria dovrà fornire a titolo di noleggio i resettori compresi o meno di ottiche rigide. facciamo presente che la risposta avanzata -Le ottiche rigide non devono essere fornite.- Implica le seguenti problematiche dal punto di vista tecnico: - I resettori richiesti sarebbero incompleti e non potrebbero essere pronti all'uso - In termini generali le ottiche sono dedicate ai resettori delle rispettive aziende quindi non tutte le ottiche potrebbero esservi abbinate In virtù di quanto sopra si chiede di precisare le modalità di gestione delle ottiche prevista per la presente gara.</p>	<p><i>Si veda risposta al chiarimento n. 4.</i></p>

6	Buongiorno con riferimento all'ultimo chiarimento pubblicato (n.4) si chiede se sia corretta la base d'asta o se la stessa debba essere integrata, tenendo conto della richiesta di fornitura delle ottiche.	<i>Si conferma la base d'asta.</i>
---	---	------------------------------------

Il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin
originale firmato agli atti