

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

**ID 20P066-1 – Fornitura a titolo di noleggio di n. 3 dissettori/aspiratori ad ultrasuoni e acquisto relativo materiale di consumo.**

**VERBALE APERTURA ECONOMICA**

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di agosto alle ore 08:49 in Padova, presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato sita in Viale della Navigazione Interna 38 - Padova, il seggio di gara nominato con nota prot. 21795 del 24/03/2023 costituito dalla Dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di Autorità di gara e dalla Sig.ra Michela Zulian assistente amministrativo in qualità di teste e verbalizzante, procede in seduta riservata all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica delle ditte ammesse.

Si precisa che:

- la procedura di gara in disamina è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 06.02.2023;
- la procedura verrà espletata utilizzando il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.a. denominato "Sintel";
- come da invito inoltrato tramite la piattaforma telematica Sintel hanno caricato entro il termine fissato nei documenti di gara (23.03.2023) la documentazione richiesta le seguenti ditte:
  - Integra Lifesciences Srl,
  - Biomedica Italia Srl
- a seguito seduta riservata del 27.03.2023 con la quale l'Autorità di gara ha proceduto alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa caricata dalle ditte concorrenti, le ditte Integra Lifesciences Srl, Biomedica Italia Srl sono state ammesse;
- sulla base di quanto stabilito nei documenti di gara l'aggiudicazione avviene sulla base di

quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 24.04.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti;
- la Commissione Giudicatrice a seguito dei lavori di valutazione delle offerte tecniche e delle prove effettuate ha redatto per ogni attività svolta, sedute riservate del 10.05.2023, del 24.05.2023 e del 20.07.2023, i relativi verbali custoditi presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;
- dai Verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice risulta quanto segue:
  - il lotto risulta aggiudicabile;
  - le offerte tecniche delle ditte succitate risultano conformi;
- tramite la piattaforma telematica "Sintel" è stato comunicato alle ditte che in data odierna è fissata la seduta riservata per l'apertura della busta telematica contenente le offerte economiche.

Alle ore 08:57 l'Autorità di gara procede al caricamento sulla piattaforma telematica "Sintel" dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione Giudicatrice e all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 247.500,00 I.V.A. esclusa

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità riparametrato	P. Prezzo	TOTALE
1^	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	€ 232.000,00	70	30	100
2^	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	€ 247.196,40	55,87	11,22	67,09

L'offerta non risulta superiore all'importo a base d'asta stabilito per il singolo lotto (importo a base d'asta € 247.500,00 iva esclusa).

L'aggiudicazione definitiva della fornitura rimane subordinata a quanto stabilito nei documenti di

gara che regolano la presente procedura, ed a quant'altro dovesse emergere in merito alla regolarità delle offerte e della documentazione presentata dalle ditte aggiudicatricie.

La seduta di gara si conclude alle ore 09:20.

Viene redatto il presente verbale, composto da 3 (tre) facciate e da n. 3 allegati, e precisamente: Verbale n. 1 del 10.05.2023, Verbale n. 2 del 24.05.2023, Verbale n. 3 del 20.07.2023 della Commissione Giudicatrice, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

IL SEGGIO DI GARA:

PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Elena Serafin

---

VERBALIZZANTE

Sig.ra Michela Zulian

---



- offerta economica                      punteggio massimo punti 30

In data odierna, la Commissione Giudicatrice, procede alla lettura del capitolato speciale di gara, dei requisiti minimi in esso richiesti e dei criteri di valutazione stabiliti.

Alla procedura risultano aver partecipato le seguenti ditte:

- Integra Lifesciences Srl
- Biomedica Italia Srl

Il Presidente della Commissione, insieme ai componenti, stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:

1° step: verifica dei requisiti minimi dei dispositivi offerti sulla base della documentazione tecnica presentata. Si decide di dividere la verifica della stessa equamente tra i componenti della Commissione. Viene stabilito che gli esiti della verifica verranno comunicati, discussi e condivisi con l'intera Commissione nella prossima seduta.

2° step: richiesta di campionatura da richiedere alle ditte partecipanti. Si decide che la campionatura da richiedere verrà indicata al segretario verbalizzante che procederà a formale richiesta tramite la piattaforma telematica.

3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato. I punteggi tecnici definitivi verranno attribuiti e condivisi dalla Commissione nell'ultima seduta dei lavori.

Si concorda inoltre che il prossimo incontro si svolgerà in data 24.05.2023.

La Commissione termina i lavori alle ore 13:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Domenico Bassi – UOC Chirurgia Generale 2	
Componenti	Dr.ssa Elisabetta Moretto – P.O. 1B Tropea	
	P.I. Davide Barbieri – UOSD Ingegneria Clinica	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian







- offerta economica                      punteggio massimo punti 30

Alla procedura hanno partecipato le seguenti ditte:

- Integra Lifesciences Srl
- Biomedica Italia Srl

La Commissione relaziona sulle prove svolte presso la P.O. Tropea II° Piano Policlinico e procede ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara come specificati nello schema allegato e di seguito riepilogati.

<b>Ditta</b>	<b>Punteggio Qualità attribuito</b>	<b>Punteggio Qualità riparametrato</b>
Biomedica Italia	63,4	70,00
Integra	50,6	55,87

La Commissione termina i lavori alle ore 13:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate e un allegato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Domenico Bassi – UOC Chirurgia Generale 2	
Componenti	Dr.ssa Elisabetta Moretto – P.O. 1B Tropea	
	P.I. Davide Barbieri – UOSD Ingegneria Clinica	

Il Segretario Verbalizzante  
Michela Zulian

n°	criteri di valutazione	Tipologia criterio	punti min	punti max	DITTA BIOMEDICA ITALIA			DITTA INTEGRA		
					Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
1	efficacia della dissezione in termini di capacità di demolire il tessuto patologico conservando i tessuti sani (valutato con prova pratica)	D	8	15	1	15	Il dissettore si è dimostrato in grado di disseccare il tessuto interessato nella resezione in maniera ottimale con minimo danno al tessuto sano in particolare strutture vascolari, venose e glissoniane.	0,8	12	Il dissettore seppur in grado di rispettare i tessuti sani, è meno preciso nella resezione del tessuto patologico (inteso come tessuto sottoposto alla transezione parenchimale).
	facilità del mantenimento della pulizia della punta durante l'utilizzo del dispositivo (valutato con prova pratica)	D		10	1	10	Nelle prove pratiche non sono state necessarie procedure per disostruire il sistema.	0,8	8	Nelle prove pratiche il sistema ha richiesto alcune procedure di disostruzione.
	minima oscillazione della punta durante l'utilizzo (valutato con prova pratica)	D	8	15	0,6	9	Durante le prove pratiche seppur il manipolo si sia dimostrato stabile, nella resezione si percepiscono delle oscillazioni della punta che richiedono un'adattamento da parte del chirurgo.	0,8	12	Lo strumento per conformazione si dimostra più stabile con minima oscillazione della punta.
	adeguata capacità di aspirazione durante utilizzo (valutato con prova pratica)	D		5	1	5	Lo strumento presenta un'ottima capacità di aspirazione.	0,4	2	Lo strumento presenta una discreta aspirazione che non permette un'efficace prevenzione dell'ostruzione.
	maneggevolezza e peso del manipolo (valutato con prova pratica e documentazione tecnica)	D		10	1	10	peso del manipolo 91 gr. Manipolo leggero, ergonomico e adattabile alla mano del chirurgo.	0,4	4	peso del manipolo senza cavo 180 gr. Il manipolo risulta voluminoso e pesante.
	ingombri e pesi limitati del generatore	D		7	1	7	Dimensioni sistema. Larghezza: 40,6 cm, Profondità: 43,2 cm, Altezza: 29,2 cm, Peso: 20,4 Kg	0,8	5,6	Consolle: cm. 132 x 55,88 x 71,12 - Kg. 93
	Qualità degli studi clinici e tipologie delle pubblicazioni	D		3	0,8	2,4	Presentati due articoli in cui vengono presentate serie retrospettive	1	3	Presentati quattro articoli in cui vengono presentate serie retrospettive. Due articoli presentano casi clinici, tre articoli descrivono la tecnica chirurgica. Un articolo non risulta di pertinenza epatobiliare.
	Assistenza tecnica (verranno valutate <u>condizioni migliorative</u> rispetto a quelle indicate come di minima per: tempi di intervento e risoluzione guasto garantiti, disponibilità a fornire apparecchi sostitutivi)	D		5	1	5	Tempo di intervento on site: 4 ore Tempo di intervento da guasto non bloccante: 4 ore Risoluzione guasti garantiti: 8 ore Fornitura muletto: 24 ore solari	0,8	4	Tempo di intervento on site: 8 ore Tempo di intervento da guasto non bloccante: 16 ore Risoluzione guasti garantiti: 8 ore Fornitura muletto: 2 giorni
<b>Totale</b>			<b>45</b>	<b>70</b>		<b>63,4</b>			<b>50,6</b>	

DITTA	Punteggio
BIOMEDICA	63,4
INTEGRA	50,6

RIPARAMETRAZIONE	
DITTA	Punteggio
BIOMEDICA	70,00
INTEGRA	55,87