

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 91/Anno 2022

Padova, 31/05/2023

Oggetto: ID GARA 20P110 Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per le vie urinarie e retali per l'Azienda Ospedale Università Padova. **Richiesta chiarimenti 2**

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 2

1	<p>Buon giorno, in merito alla partecipazione alla procedura in evidenza si pone la necessità di avanzare la seguente richiesta di chiarimenti :</p> <p>-LOTTO 4, fate richiesta di "sacca a circuito chiuso senza gocciolatoio", il circuito chiuso prevede il gocciolatoio.</p> <p>-LOTTO 21, fate richiesta di cateteri vescicali in gomma rossa tipo Dufour con curvatura Mercier. sarebbe accettabile o possibile presentare tali cateteri in altro materiale ?</p> <p>Facciamo presente che su molti lotti ci è preclusa la possibilità di rispondere, per descrizioni non conformi o per basi d'asta troppo basse. Ringraziamo per l'attenzione e confidando in cortese riscontro rinnoviamo cordiali saluti.</p>	<p><i>Lotto 4</i> <i>Si conferma "senza gocciolatoio".</i></p> <p><i>Lotto 21</i> <i>E' possibile presentare altri materiali nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.</i></p>
2	<p>In merito alla partecipazione alla presente procedura si pone la necessità di formulare la seguente richiesta di chiarimento:</p> <p>-LOTTO 21, Si fa richiesta di cateteri vescicali in gomma rossa tipo Dufour con curvatura Mercier SI CHIEDE di meglio specificare il tipo di punta di cui necessitate</p> <p>Ringraziamo per l'attenzione e confidando in cortese riscontro rinnoviamo cordiali saluti.</p>	<p><i>Lotto 21</i> <i>Si conferma la punta Mercier.</i></p>

3	<p>Buongiorno, si chiede se ai fini della valida partecipazione, sia possibile produrre polizza fideiussoria ridotta del 30% in virtù del mero possesso del rating di legalità.</p>	<p><i>Si conferma così come riportato all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.</i></p>
4	<p>Con la presente siamo a richiedere rassicurazione scritta che, in caso di aggiudicazione, le forniture derivanti dalla presente procedura non verranno sottoposte al meccanismo del payback sui dispositivi medici</p>	<p><i>Non pertinente alla procedura di gara.</i></p>
5	<p>Buongiorno, In riferimento alla procedura di gara in oggetto chiediamo i seguenti chiarimenti: - nel disciplinare di gara all'Art. 15 offerta tecnica punto 6 della documentazione "busta tecnica 1" viene richiesta "Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che le apparecchiature proposte sono certificate CE secondo la Direttiva CEE 79/98 e successive modifiche/integrazioni, dichiarazione delle relative e numero di iscrizione al Repertorio Nazionale dei dispositivi medici"; non presentando offerta per apparecchiature la dichiarazione non è dovuta ? - nel disciplinare di gara all'Art. 15 offerta tecnica punto 9 della documentazione "busta tecnica 1" viene indicato "Specificare se in base al D. Lgs. n. 46/97, come modificato dal D. Lgs. n. 95/98 e come modificato dal D. Lgs. n. 25/01/2010 n. 37, Allegato VII o in base al Regolamento UE 2017/745", trattasi di un refuso? Il certificato CE e la dichiarazione di conformità vengono richieste ai punti 7 e 8. - nel modulo offerta economica sono indicati i seguenti dati: "Se Necessario: SI richiede di allegare foglio excel con i dettagli per componente ed accessorio per ogni lotto dell'offerta economica". "Se Necessario: SI richiede di allegare foglio excel con i dettagli dei listini di riferimento proposti".</p>	<p><i>- Punto 6, Si conferma che non è necessaria.</i> <i>-Punto 9 Si chiede di specificare se il dispositivo prodotto è certificato CE ai sensi del D.Lgs. n. 46/97, come modificato dal D.Lgs. n. 95/98 e come modificato dal D.Lgs. n. 25/01/2010 n. 37, Allegato VII o in base al Regolamento UE 2017/745.</i></p> <p><i>- Con riferimento alla richiesta di dettagliare componenti ed accessori, si comunica che è obbligatoria solamente per il lotto 32.</i></p> <p><i>- Con riferimento alla richiesta del listino prezzi, si conferma che tali dati non sono obbligatori.</i></p>

	tali dati non sono obbligatori?	
6	In riferimento al lotto 32 rif 44, le sacche di raccolta sono da utilizzarsi con il kit di cui al rif 43 e non 42 come invece descritto nel CSA. Si prega di confermare che trattasi di refuso.	<i>Si Conferma il refuso.</i>

Il Direttore della
 UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
 Dott.ssa Maria Elena Serafin
 ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI