



## U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

### DITTE VARIE

**Oggetto:** ID GARA 21A247.4 FORNITURA DI N. 4 SISTEMI DI INTEGRAZIONE AUDIO E VIDEO PER LE SALE OPERATORIE DEL 3° PIANO DEL POLICLINICO DELL'AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA - **lettera chiarimenti 2.**

In riferimento alla gara in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta ai quesiti pervenuti:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	Capitolato Tecnico – punto 3.3 Sistema per il Video Routing, alla pag.6 – riporta: < Il sistema di video routing deve prevedere: INGRESSI • la gestione di almeno 12 ingressi Full HD + 4 ingressi 4K... USCITE • almeno 10 uscite Full HD + 4 uscite 4K .... > SI CHIEDE se sia possibile offrire un sistema con : INGRESSI • n. 8 ingressi 4K USCITE • n. 8 uscite 4K ritenendo che possa essere sufficiente la dotazione di tale matrice e considerando impossibile/difficile un utilizzo contemporaneo di tutte le sorgenti video indicate.	Si conferma quanto riportato nel Capitolato Tecnico
2	Chiediamo conferma dell'importo richiesto per la cauzione provvisoria così come precisato all'art. 9 del Disciplinare di gara	Per mero errore all'articolo 9 del Disciplinare di gara è stato riportato un importo errato relativo alla cauzione provvisoria. L'importo corretto è il seguente: € 10.000,00
3	"Adeguamento impiantistico della rete di trasmissione dati necessario ai fini dell'installazione delle nuove apparecchiature in sostituzione delle esistenti" per la presente richiesta si tratta di prevedere cablaggio dei punti rete ove necessari? Nell'armadio di rete della struttura sono disponibili degli slot in cui collegare i nuovi punti di rete?	Si
4	"Prevedere che eventuali convertitori di segnale non debbano essere alloggiati presso i pensili e preservino la certificazione dell'intero sistema come "medical device" " si richiede chiarimento per quanto contenuto nel file "Criteri valutazione tecnica.xls" e nello specifico si richiede conferma che la soluzione senza box di conversione è da considerarsi	E' un parametro di valutazione.

	preferenziale.	
5	<p>“Per ogni sala operatoria deve essere reso disponibile uno spazio di archiviazione in cloud, di dimensione di almeno 1 TB, al fine di consentire una archiviazione temporanea dei filmati esportati in forma anonima per uso didattico e/o scientifico; l'accesso a tale area di storage deve avvenire tramite utenze autorizzate del dominio aziendale o servizi tipo “google authentication”.</p> <p>Tale sistema dovrà essere ottemperante al GDPR in tutti i suoi aspetti” la richiesta effettuata tratterebbe di un servizio in abbonamento con canone mensile. Si richiede conferma che si tratti di refuso e che la proposta debba solamente garantire l'assistenza di configurazione dei sistemi al fine di permettere l'esportazione dei file in ambienti cloud e non, gestiti dalla struttura ospedaliera.</p>	Si conferma quanto indicato nel capitolato di gara. L'azienda richiede la gestione di uno spazio dati in cloud riservato al servizio in questione.
6	<p>“Panel PC con monitor 22” Full HD da posizionare sul carrello dell'anestesista, dotato di tastiera, mouse esterno a 3 tasti e lettore barcode wireless per la lettura dei codici lineari (1D) e bidimensionali (2D)” : Il carrello in cui si andrà a collocare l'articolo richiesto è predisposto di attacco VESA e supporto per monitor e tastiera?</p>	I carrelli e i relativi accessori sono esclusi dalla fornitura e saranno contrattualizzati a parte.
7	<p>“Monitor max 32” per visualizzazione immagini chirurgiche 4K UHD”: nella fase iniziale del documento di gara vengono richieste 10 unità, ma scorrendo nella parte di suddivisione delle sale vengono richiesti 11 monitor, così suddivisi 2 monitor per la sala tradizione, 3 per le altre 3 sale successivamente descritte. Qual è la quantità richiesta in fornitura?</p>	Vengono richieste in totale 10 monitor max 32” 4K UHD
8	<p>Riferimento: Disciplinare, art. 6.2. – Requisiti di capacità economica e finanziaria e art. 6.3. – requisiti di capacità tecnica e professionale.</p> <p>Nell'art. 6.2. si richiede un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 1.000.000 iva esclusa.</p> <p>Nell'art. 6.3. è richiesto che il concorrente debba aver eseguito nell'ultimo triennio forniture con posa in opera di sistemi di integrazione audio e video identici o analoghi/similari di importo complessivo minimo pari a € 1.000.000.</p> <p>Si chiede :</p> <p>a) Se il requisito di fatturato minimo specifico per attestare la capacità economica richiesta dall'art. 6.2. sia di € 1.000.000 annui nell'ultimo triennio (dunque minimo € 3.000.000) ovvero se detto fatturato minimo specifico sia di € 1.000.000 complessivi nel triennio.</p> <p>b) Nel caso sia richiesto un fatturato minimo specifico nel triennio per complessivi € 3.000.000, si chiede se tale richiesta sia conforme a quanto previsto dall'art. 83 comma 4 lett. a) D.Lgs 50/2016;</p> <p>c) In caso di risposta negativa al quesito sub b) si chiede se il fatturato richiesto di € 3.000.000 sia da considerarsi fatturato minimo annuo complessivo dell'impresa, di cui poi debba essere specificato il fatturato minimo nel settore specifico dell'appalto e, in caso di risposta affermativa, si chiede quale sia il fatturato minimo di settore specifico o se detto possa essere considerato quello indicato nel successivo art. 6.3. ovvero € 1.000.000 complessivi nel triennio.</p>	<p>Il fatturato specifico minimo per attestare la capacità economica finanziaria deve essere nei tre anni pari a € 1.000.000,00 complessivi.</p> <p>Quale requisito di capacità tecnica-professionale deve essere attestato un fatturato analogo, pari a complessivi € 1.000.000,00 nel triennio, attraverso un elenco di forniture con posa in opera di sistemi di integrazione audio e video identici o analoghi/similari.</p>
9	<p>Riferimenti: Disciplinare art. 15 e Capitolato art. 3.3.</p> <p>Si chiede</p> <p>a. Se tutte le caratteristiche indicate nell'art. 3.3. del</p>	La lista delle apparecchiature riportate nel capitolato tecnico è indicativa ma non esaustiva. L'azienda si riserva la possibilità nel corso del tempo di dotare di

	Capitolato debbano essere considerate caratteristiche di minima pena esclusione e, in caso di risposta affermativa, si chiede come mai siano richiesti 16 ingressi (tra full Hd e 4K) quando le apparecchiature indicate richiederebbero 8 ingressi full hd e 1 ingresso 4K e come mai siano richieste 14 uscite (10 Full hd e 4 4k) se le apparecchiature indicate richiederebbero complessivamente 5 uscite.	altre apparecchiature la sala operatoria da collegare al sistema audio-video richiesto.
10	Il capitolato tecnico a pag. 3/17 indica nella distribuzione della fornitura 1 monitor da 55" per visualizzazione immagini chirurgiche 4K UHD e 10 monitor da 32" per visualizzazione immagini chirurgiche 4K UHD, tuttavia a pag. 9/17 nel paragrafo 4.1 Dotazione di sala operatoria viene detto che nella sala tradizionale devono essere presenti 1 monitor da 55" e 2 monitor da 32", mentre nelle rimanenti 3 sale (1 tradizionale e 2 robotiche) devono essere presenti 3 monitor chirurgici 4K UHD max 32"; il totale dei monitor richiesti apparirebbe quindi essere di 9+2=11 monitor da 32". Si chiede di chiarire quanti debbano essere effettivamente i monitor chirurgici 4K UHD max 32" in totale	Vedi risposta del punto 7 (nel capitolato c'è un refuso: nella sala tradizionale devono essere presenti 1 monitor da 55" e 1 monitor da 32")
11	Il capitolato tecnico a pag. 10/17 nel paragrafo 4.2.2 richiede un PC AD INCASSO PER VISUALIZZAZIONE IMMAGINI RADIOLOGICHE con la seguente caratteristica: 45" ≤ monitor ≤50" con risoluzione 3840x2160 pixel ? 4K UHD. Si richiede se la dimensione massima ≤50" sia da considerare un requisito tassativo per un motivo specifico o se sia da intendere come indicazione di massima.	Tale requisito non è tassativo ma è un'indicazione di massima che sarà definita a completamento strutturale delle sale operatorie.
12	Il capitolato tecnico a pag. 13/17 nel paragrafo 4.2.6 richiede che il monitor da 55" sia "utilizzabile in area paziente in ambiente sterile disposto su pensile"; si chiede conferma che il pensile sia esistente e non debba essere inserito in offerta	Esistente
13	Il capitolato tecnico a pag. 14/17 nel paragrafo 4.2.6 richiede che ciascuno dei monitor da 32" sia "utilizzabile in area paziente in ambiente sterile disposto su pensile"; si chiede conferma che il pensile sia esistente e non debba essere inserito in offerta.	Esistente
14	Il capitolato tecnico a pag. 14/17 nel paragrafo 4.2.7 richiede che la telecamera chirurgica sia "utilizzabile in ambiente sterile disposto su pensile"; si chiede conferma che il pensile sia esistente e non debba essere inserito in offerta	Esistente
15	Nell'allegato Criteri valutazione tecnica, al Criterio 2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI, punto 3. Documentazione si legge il parametro "avvio"; si chiede di specificare a che tipo di migliori prestazioni rispetto a questo parametro saranno collegati i 3 punti.	Si intende: "Modalità di avvio della ripresa audio-video"
16	Nell'allegato Criteri valutazione tecnica, al Criterio 2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI, punto 4. Comunicazione si legge il parametro "fornitura"; si chiede di specificare a che tipo di migliori prestazioni rispetto a questo parametro saranno collegati i 4 punti	Si intende. "Protocolli di comunicazione"

Distinti saluti

Il Direttore della  
U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
Dott.ssa Maria Elena Serafin  
*[firmato digitalmente]*