

Padova,

**Oggetto: ID GARA 20A125 - Fornitura di "Apparecchiature per la UOC Medicina Nucleare" dell'Azienda Ospedale-Università Padova.**

**RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE n. 75, 76, 77,79**

75	Ns. rif. Prot. 22-614-ITO-rdb del 22/04/2022 Si sta procedendo alla progettazione delle schermature anti-x necessarie e alla redazione della Relazione di Radioprotezione a cura dell'Esperto Qualificato incaricato con gli input forniti nelle risposte ai chiarimenti. Da un calcolo preliminare, nel locale ATTESA CALDA PET/CT gli spessori di piombo necessari risulterebbero particolarmente elevati (nell'ordine dei 20/25 mm Pb); si chiede quindi conferma dei dati pervenuti, ossia: - Numero indicativo di pazienti/giorno: 30 - Tempo indicativo di permanenza per ogni paziente: 40 min - Numero di postazioni totali in attesa calda PET/CT: 5 Si chiede inoltre di specificare quanti pazienti sono presenti contemporaneamente nella sala attesa	Si confermano i dati presentati. I pazienti presenti contemporaneamente nella sala di attesa calda PET/CT saranno un massimo di 5 (pari al numero di postazioni totali previste). Per quanto riguarda il numero indicativo di pazienti/giorno si confermano i dati presentati
76	Ns. Rif. Prot. n. 22-614bis-ITO-rdb del 22/04/2022 Si chiede di confermare se nella documentazione da presentare in gara è previsto il PASSOe	Non deve essere presentato il PASSOe
77	Con riferimento al Vostro chiarimento n. 71 e fermo e impregiudicato l'obbligo di indicare in offerta i costi della manodopera e degli oneri aziendali relativi all'adempimento in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'Art. 97, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, con la presente si chiede, alla luce della previsione dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la quale il termine non inferiore a quindici di giorni ivi previsto per fornire spiegazioni sulle voci di prezzo non può che decorrere dall'accertamento dell'anomalia dell'offerta a seguito dell'apertura delle offerte economiche, di concedere la possibilità di produrre la scomposizione delle voci di costo dell'offerta economica solo a seguito dell'apertura delle offerte economiche, così come concesso in precedenza da codesta Amministrazione per la procedura di gara per la fornitura di apparecchiature per due sale ibride ad utilizzo vascolare e cardiocirurgico	Si conferma, ai sensi dell'art. 97 c.10 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, l'obbligo di indicare in offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi all'adempimento in materia di salute e sicurezza. La scomposizione delle voci di costo dell'offerta economica sarà successivamente richiesta in caso di accertamento di anomalia dell'offerta.
79	Con la presente siamo a chiedere conferma per un ulteriore sopralluogo in data 5 maggio nel pomeriggio	Si conferma la possibilità di effettuare ulteriore sopralluogo nelle seguenti date ed orari: 06 maggio 2022 ore 14:00 09 maggio 2022 ore 14:00  Per eventuali necessità e comunicazioni relative ad un ulteriore sopralluogo si invitano agli operatori ad utilizzare la piattaforma Sintel.

**Aggiornato al 03/05/2022**

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesca Menotto  
