



Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111

Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

Padova,

Oggetto: ID GARA 20A125 - Fornitura di "Apparecchiature per la UOC Medicina Nucleare" dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE + RISPOSTE

78	Spettabile ente, con riferimento alla vostra comunicazione allegata ed, in particolare alla risposta n. 73 relativa alla composizione dei solai, non avendo ricevuto le necessarie informazioni relative alla composizione e spessore dei solai stessi, al fine di poter eseguire una corretta valutazione delle schermature necessarie, si chiede alla Vostra Spettabile Amministrazione di eseguire delle carotature nelle varie zone di intervento in maniera da poter ottenere tali informazioni ritenute indispensabili.	Si conferma quanto risposto al quesito n. 73. Relativamente ai carotaggi si rimanda al paragrafo 5.7 "Protezioni AntiX" del CSA Lavori.
80	Spettabile ente, a seguito sopralluogo del 6 maggio siamo cortesemente a richiedere quanto segue: per l'installazione della nuova macchina PET-CT e la sostituzione di quelle esistenti, si rende necessaria la modifica del Q.GIU/OVEST. Nel dettaglio, gli interruttori esistenti e attualmente non utilizzati (riserve) hanno corrente nominale inferiore a quanto necessario per l'alimentazione delle nuove apparecchiature. Si chiede pertanto se il costo relativo alla sostituzione degli interruttori esistenti con i nuovi, sia a carico della Ditta o della Committente	Si conferma che la fornitura e la sostituzione degli interruttori esistenti nel quadro Q.GIU/OVEST è a carico della Ditta aggiudicataria, compresi gli accessori e le bobine di apertura a lancio di corrente comandata da pulsante di rottura vetro, ove previsto dalla normativa vigente e dalla legislazione antincendio, come prescritto nel CSA al capitolo 8.

Aggiornato al 19/5/2022

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesca Menotto

Responsabile del