

Tit. VI /Clas. 6 /Fasc. 270/Anno 2022

Padova, 08/05/2023

Oggetto: ID GARA 21P021_1 Procedura aperta per la fornitura di materiale vario per Oculistica per l'Azienda Ospedale Università Padova. **Richiesta chiarimenti 4**

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 4

1	Buongiorno, in riferimento ai lotti nn. 3 e 34, si fa presente che i prezzi a base d'asta sono di gran lunga più bassi rispetto agli attuali prezzi di mercato. Se ne chiede, pertanto, l'adeguamento per consentire la partecipazione a tali lotti.	<i>Si conferma la base d'asta pubblicata.</i>
2	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: OFFERTA TECNICA: BUSTA TECNICA 1 1) Requisiti Minimi allegato F, che deve contenere una Dichiarazione con i requisiti minimi soddisfatti, che tipo di Dichiarazione dovremo predisporre? oppure trattasi di un refuso e sarà sufficiente compilare solo l'allegato F? 2) CRITERI DI valutazione, mentre qui dovremo predisporre una Dichiarazione con le Vostre indicazioni, è corretto? OFFERTA ECONOMICA a) compilare allegato E offerta economica di conseguenza perchè al punto b chiedete il dettaglio dell'offerta economica? Trattasi di refuso? oppure dovremo creare un'offerta economica che sia differente dall'Allegato E?	1) <i>Si chiede la compilazione e l'invio dell'allegato F requisiti minimi firmato digitalmente. Si precisa che ciascun requisito minimo o qualitativo descritto dovrà poter trovare riscontro nella documentazione tecnica ufficiale (schede tecniche, manuali, certificazioni, altri documenti).</i> 2) <i>Per ciascun criterio di valutazione, si chiede l'invio di una dichiarazione relativa alle caratteristiche dell'offerta presentata. E' possibile presentare un'unica dichiarazione cumulativa di tutti i criteri di valutazione.</i> 3) <i>Si chiede la compilazione dell'allegato E. Il dettaglio dell'offerta economica è presente nella tabella "struttura economica dell'offerta" presente nell'allegato.</i>
3	Richiediamo ulteriore dettaglio tecnico per poter identificare correttamente il "Dispositivo per mantenere lo spazio della camera anteriore durante procedure oftalmiche. Lotto n.: 37".	<i>Prodotto attualmente utilizzato: Mantenimento camera anteriore (ACM) Visitec ® codice prodotto 585061, produttore Beaver-Visitec International, Ltd..</i>

4	Buongiorno si richiede se, con riferimento al punto 1. Busta tecnica 1, requisiti minimi, sia sufficiente presentare l'allegato F compilato oppure viene richiesta anche una dichiarazione di corrispondenza resa ai sensi del DPR 445/00. OFFERTA ECONOMICA punto a) offerta come da Allegato E; punto b) dettaglio offerta economica: cosa si intende al punto b?	<i>Si veda risposta al chiarimento n. 2. E' richiesto l'invio dell'allegato F firmato digitalmente.</i>
5	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento: - Lotto 2, Vs richiesta Esafloruro di zolfo sterile monouso per chirurgia vitro-retinica in bombolette, doppia confezione sterile, si chiede conferma che il prodotto richiesto sia PURO e non PRE MISCELATO	<i>E' richiesto il prodotto puro.</i>
6	Buongiorno, con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento>: - non riusciamo a creare il PASSOE richiesto in quanto il portale anticorruzione recita come segue: il passoe CIG non è stato creato. Come possiamo fare?	<i>Non è richiesta la creazione del PASSOE.</i>
7	Buongiorno con la presente si richiede conferma che l'importo della cauzione sia da calcolare sull'importo complessivo a base d'asta per 36 mesi. Grazie Cordiali saluti	<i>Si conferma che la cauzione deve essere calcolata sull'importo a base d'asta.</i>

Il Direttore della
UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI