

Padova, 26/01/2022

Oggetto: ID GARA 20P140 - Fornitura di "Dispositivi per procreazione medicalmente assistita" dell'Azienda Ospedale - Università Padova.. Richiesta chiarimenti 1

RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE 1

1	<p>Siamo a richiedere quanto segue :</p> <ol style="list-style-type: none"> Chiediamo conferma che per le misure indicate sia prevista la usuale tolleranza del 20%; oltre alla versione con punta distale ecogenica (versione con ecotip) anche l'alternativa senza ecotip al medesimo prezzo, in modo che gli utilizzatori possano scegliere tra le due versioni. 	<p>1.Nel capitolato speciale sono riportate le misure massime e minime accettate. Non si conferma, pertanto, la tolleranza del 20%.</p> <p>2. E' possibile offrire <u>un solo dispositivo</u> conforme alle specifiche tecniche richieste dal capitolato speciale.</p>
2	<ol style="list-style-type: none"> Riguardo il lotto 1-4-5-6-7 qualora siano disponibili più articoli (codici articoli differenti) che soddisfano i requisiti in termini di misure e calibro, che quindi sono conformi a quanto richiesto, è possibile specificare più codici all'interno nel medesimo lotto con una unica voce quantità totale? A titolo esemplificativo se per il lotto 1 siano disponibili e conformi a quanto richiesto il codice x (che ha misura 16G) e il codice y che ha misura 17G chiediamo se possibile presentare due codici diversi (quindi da voi ordinabili a piacimento) purchè presentino medesimo prezzo. Lotto 3 Si richiedono 500 pezzi annui di (catetere+guida) e 100 pezzi di stiletti/mandrini: possibile rispondere con una versione che contenga all'interno tutti e tre i componenti in ogni confezione (guida+ mandrino + catetere)? In questo modo la fornitura conterrà 500 pezzi (annui) di ciascun componente. 	<p>1. Laddove sia presente un range di tolleranza di misure nell'ambito dello stesso lotto, è possibile offrire più dispositivi (con codici articoli differenti) <u>a condizione che presentino il medesimo prezzo.</u> Qualora i prezzi siano differenti sarà preso in considerazione <u>solamente</u> il più conveniente.</p> <p>Tutti i dispositivi proposti devono essere conformi alle specifiche tecniche richieste dal capitolato speciale.</p> <p>Si prega di prendere visione del nuovo documento di gara: Allegato D offerta economica Aggiornato 26-01-22, che annulla e sostituisce il precedente.</p> <p>2.No, non è possibile presentare per il Lotto 3 un set unico, che contenga entrambi i riferimenti.</p> <p>Si chiede di presentare quanto richiesto dal capitolato speciale.</p>

3	<p>1. Trattandosi di dispositivi medici, chiediamo se è obbligatorio compilare la tabella/fac-simile di schema di dettaglio riportata nel file di gara -Allegato D - Modello offerta economica.</p> <p>2. A pagina 7 del Disciplinare di Gara viene specificato di indicare nel file .Allegato D - Modello offerta economica- i costi per la manodopera, i costi per i rischi interferenziali e i costi aziendali per la sicurezza. Visto che a pagina 6 del Capitolato Speciale è chiarito che i costi per i rischi interferenziali non devono essere indicati, chiediamo conferma di dover riportare nel file -Allegato D - Modello offerta economica- solamente le voci costi aziendali per la sicurezza e i costi per la manodopera</p>	<p>1.E' obbligatorio compilare, dove esistenti, i seguenti campi della tabella: costi industriali, costi generali, costi della manodopera, costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante), costi per la formazione del personale, eventuali altri costi, utili di impresa. I costi si devono intendere complessivi della fornitura, non del singolo dispositivo.</p> <p>2.Come riportato nel capitolato speciale pag. 6, non si ravvisano costi interferenziali. Nel caso la Ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.</p>
4	<p>come da Vs richiesta (da allegare alla domanda di partecipazione) si richiede Vs allegato A.1</p>	<p>Trattasi di un refuso, non si chiede l'Allegato A1.</p>

Il Dirigente della
UOS Acquisizione e Logistica dei Beni di Consumo
Antonella Dai Pra'