

- offerta economica punteggio massimo punti 30

Alla procedura hanno partecipato le seguenti ditte:

- Integra Lifesciences Srl
- Biomedica Italia Srl

La Commissione relaziona sulle prove svolte presso la P.O. Tropea II° Piano Policlinico e procede ad attribuire i punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara come specificati nello schema allegato e di seguito riepilogati.

Ditta	Punteggio Qualità attribuito	Punteggio Qualità riparametrato
Biomedica Italia	63,4	70,00
Integra	50,6	55,87

La Commissione termina i lavori alle ore 13:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 facciate e un allegato.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Presidente	Dr. Domenico Bassi – UOC Chirurgia Generale 2	
Componenti	Dr.ssa Elisabetta Moretto – P.O. 1B Tropea	
	P.I. Davide Barbieri – UOSD Ingegneria Clinica	

Il Segretario Verbalizzante
Michela Zulian

n°	criteri di valutazione	Tipologia criterio	punti min	punti max	DITTA BIOMEDICA ITALIA			DITTA INTEGRA		
					Coefficiente	Punteggio	Motivazione	Coefficiente	Punteggio	Motivazione
1	efficacia della dissezione in termini di capacità di demolire il tessuto patologico conservando i tessuti sani (valutato con prova pratica)	D	8	15	1	15	Il dissettore si è dimostrato in grado di disseccare il tessuto interessato nella resezione in maniera ottimale con minimo danno al tessuto sano in particolare strutture vascolari, venose e glissoniane.	0,8	12	Il dissettore seppur in grado di rispettare i tessuti sani, è meno preciso nella resezione del tessuto patologico (inteso come tessuto sottoposto alla transezione parenchimale).
	facilità del mantenimento della pulizia della punta durante l'utilizzo del dispositivo (valutato con prova pratica)	D		10	1	10	Nelle prove pratiche non sono state necessarie procedure per disostruire il sistema.	0,8	8	Nelle prove pratiche il sistema ha richiesto alcune procedure di disostruzione.
	minima oscillazione della punta durante l'utilizzo (valutato con prova pratica)	D	8	15	0,6	9	Durante le prove pratiche seppur il manipolo si sia dimostrato stabile, nella resezione si percepiscono delle oscillazioni della punta che richiedono un'adattamento da parte del chirurgo.	0,8	12	Lo strumento per conformazione si dimostra più stabile con minima oscillazione della punta.
	adeguata capacità di aspirazione durante utilizzo (valutato con prova pratica)	D		5	1	5	Lo strumento presenta un'ottima capacità di aspirazione.	0,4	2	Lo strumento presenta una discreta aspirazione che non permette un'efficace prevenzione dell'ostruzione.
	maneggevolezza e peso del manipolo (valutato con prova pratica e documentazione tecnica)	D		10	1	10	peso del manipolo 91 gr. Manipolo leggero, ergonomico e adattabile alla mano del chirurgo.	0,4	4	peso del manipolo senza cavo 180 gr. Il manipolo risulta voluminoso e pesante.
	ingombri e pesi limitati del generatore	D		7	1	7	Dimensioni sistema. Larghezza: 40,6 cm, Profondità: 43,2 cm, Altezza: 29,2 cm, Peso: 20,4 Kg	0,8	5,6	Consolle: cm. 132 x 55,88 x 71,12 - Kg. 93
	Qualità degli studi clinici e tipologie delle pubblicazioni	D		3	0,8	2,4	Presentati due articoli in cui vengono presentate serie retrospettive	1	3	Presentati quattro articoli in cui vengono presentate serie retrospettive. Due articoli presentano casi clinici, tre articoli descrivono la tecnica chirurgica. Un articolo non risulta di pertinenza epatobiliare.
	Assistenza tecnica (verranno valutate <u>condizioni migliorative</u> rispetto a quelle indicate come di minima per: tempi di intervento e risoluzione guasto garantiti, disponibilità a fornire apparecchi sostitutivi)	D		5	1	5	Tempo di intervento on site: 4 ore Tempo di intervento da guasto non bloccante: 4 ore Risoluzione guasti garantiti: 8 ore Fornitura muletto: 24 ore solari	0,8	4	Tempo di intervento on site: 8 ore Tempo di intervento da guasto non bloccante: 16 ore Risoluzione guasti garantiti: 8 ore Fornitura muletto: 2 giorni
Totale			45	70		63,4			50,6	

DITTA	Punteggio
BIOMEDICA	63,4
INTEGRA	50,6

RIPARAMETRAZIONE	
DITTA	Punteggio
BIOMEDICA	70,00
INTEGRA	55,87