

IL PRESIDENTE

- constata la presenza di tutti componenti;
- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l'attribuzione dei punteggi previsti per la qualità in riferimento ai criteri di valutazione riportati nel Disciplinare di gara.

La Commissione sulla base:

- della documentazione tecnica caricata,
- delle risposte alle richieste di chiarimenti pervenute;
- degli esiti degli incontri dimostrativi effettuati nelle seguenti date:
 - 03/08/2022 – ditta OPT SURGISYSTEMS;
 - 04/08/2022 – ditta ALTAMED;
 - 05/08/2022 – ditta GETINGE ITALIA;




procede all'elaborazione delle motivazioni e dei punteggi, come da prospetto che viene allegato al presente Verbale e ne fa parte integrante e sostanziale.

Come previsto dal disciplinare di gara la commissione procede con la riparametrazione dei punteggi che determina la seguente graduatoria definitiva di qualità:

GETINGE	70
OPT SURGISYSTEMS	62,79
ALTAMED	53,53

La Commissione in data odierna, termina i lavori alle ore 15:50.

Verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta, qui di seguito elencati:

Componente	
Ing. Erica Ceresola (Presidente)	
Dott. Michele Valmasoni (componente)	
Perito Mauro Pagetta (componente)	

Verbalizzante: Dott. Pierpaolo Pagnin

VALUTAZIONE

Lotto	REQUISITO	OPT SURGISYSTEMS			
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente	Motivazione
1	Caratteristiche tecniche generali	15	12	0,8	Giudizio complessivo MOLTO BUONO per le caratteristiche tecniche generali, in particolare per le movimentazioni combinate trend 45°-tilt 32°, tilt 35°-trend 40°, tilt 35°, divaricazione gambe 180° particolarmente utili per la chirurgia laparoscopica, specialistica e superspecialistica
	struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza (anticollisione, numero ricevitori ir e jack telecomando), durata batterie e tempo di ricarica				
	Compatibilità del materiale con quello presente negli altri gruppi operatori di AOUNP				
	Adeguatezza alle caratteristiche tecniche richieste per la specialità laparoscopica.	20	20	1	Giudizio complessivo OTTIMO considerate le caratteristiche tecniche del piano che soddisfano pienamente quanto richiesto
	Caratteristiche tecniche del piano:				
	tipo di sezioni, modularità del piano, qualità antidecubito delle coperture, tipo di aggancio rapido e sistemi di sicurezza delle sezioni, radio trasparenza (lungo la larghezza e lunghezza di tutto il piano).				
	Eventuali migliorie ed innovazioni tecnologiche.	30	24	0,8	Giudizio complessivo MOLTO BUONO: Di facile utilizzo, confortevole e sicuro per il paziente, molto buona la pulizia, assenza di velcro, stabile in posizioni estreme, accessori come da capitolato. Il carrello è di facile movimentazione, maneggevole e ha un sistema esterno di movimentazione dei piani. Possibilità di movimentazione della colonna senza l'utilizzo di carrello. Il telecomando ha con display leggibile e completo di informazioni.
	Caratteristiche funzionali e prova pratica:				
	Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione (assenza di velcro e accessibilità a tutte le parti del piano operatorio), facilità di movimentazione dei piani su carrello (con eventuali migliorie), stabilità del sistema in posizioni estreme				
	Accessori specialistici, posizionamento sicuro del paziente	5	5	1	Giudizio complessivo OTTIMO. 48 MESI FULL RISK, DISPONIBILITA' DI MULETTO PER FERMI MACCHINA
Carrello (tipologia frenaggio ruote, movimentazione piano tramite pedali ecc.), e semplicità di movimentazione del carrello per pazienti bariatrici.					
Funzionalità telecomando (posizioni memorizzabili, informazioni visualizzabili, display ecc..)					
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia:	5	5	1	Giudizio complessivo OTTIMO. 48 MESI FULL RISK, DISPONIBILITA' DI MULETTO PER FERMI MACCHINA	
qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, ai fermo macchina annui massimi garantiti ed in generale alle eventuali proposte migliorative					
TOTALE	70	61			

Per i criteri discrezionali: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice attribuisce un coefficiente, in modo collegiale, variabile da zero ad uno, con i seguenti valori:

Giudizio	OTTIMO	MOLTO BUONO	BUONO	DISCRETO	APPENA SUPERIORE AL MINIMO	MINIMO
Valore assegnato V(a)	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

VALUTAZIONE

Lotto	REQUISITO	ALTAMED SPA			
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente	Motivazione
1	Caratteristiche tecniche generali	15	9	0,6	Giudizio complessivo BUONO per le caratteristiche tecniche generali, movimentazioni BUONE, tilt a 30°, con massima combinazione trend 40°-tilt 10° e tilt 20°-trend 15°, divaricazione gambe 180°, traslazione gambe. Buona per la chirurgia laparoscopica specialistica.
	struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza (anticollisione, numero ricevitori ir e jack telecomando), durata batterie e tempo di ricarica				
	Compatibilità del materiale con quello presente negli altri gruppi operatori di AOUP				
	Adeguatezza alle caratteristiche tecniche richieste per la specialità laparoscopica.	20	20	1	Giudizio complessivo OTTIMO considerate le caratteristiche tecniche del piano che soddisfano pienamente quanto richiesto
	Caratteristiche tecniche del piano:				
	tipo di sezioni, modularità del piano, qualità antidecubito delle coperture, tipo di aggancio rapido e sistemi di sicurezza delle sezioni, radio trasparenza (lungo la larghezza e lunghezza di tutto il piano).				
	Eventuali miglie e innovazioni tecnologiche.	30	18	0,6	Giudizio complessivo BUONO: Di facile utilizzo, confortevole e sicuro per il paziente, buona la pulizia, presenza di velcro, stabile in posizioni estreme, accessori come da capitolato. Il carrello, di buona movimentazione e maneggevole, è motorizzato, senza dispositivi anti collisione, in assenza di batteria deve essere spostato manualmente. Sistema esterno di movimentazione dei piani. Il telecomando ha un display leggibile e completo di informazioni.
	Caratteristiche funzionali e prova pratica:				
	Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione (assenza di velcro e accessibilità a tutte le parti del piano operatorio), facilità di movimentazione dei piani su carrello (con eventuali miglie), stabilità del sistema in posizioni estreme				
	Accessori specialistici, posizionamento sicuro del paziente				
Carrello (tipologia frenaggio ruote, movimentazione piano tramite pedali ecc.), e semplicità di movimentazione del carrello per pazienti bariatrici.	5	5	1	Giudizio complessivamente OTTIMO. 48 MESI FULL RISK, DISPONIBILITA' DI MULETTO PER FERMI MACCHINA	
Funzionalità telecomando (posizioni memorizzabili, informazioni visualizzabili, display ecc.)					
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia:					
qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, ai fermo macchina annui massimi garantiti ed in generale alle eventuali proposte migliorative					
TOTALE	70	52			

Per i criteri discrezionali: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice attribuisce un coefficiente, in modo collegiale, variabile da zero ad uno, con i seguenti valori:

Giudizio	OTTIMO	MOLTO BUONO	BUONO	DISCRETO	APPENA SUPERIORE AL MINIMO	MINIMO
Valore assegnato V(a)	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

Manini
RLZ

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A247.1 Fornitura di tavoli operatori per le sale operatorie del 3° piano del Policlinico dell'Azienda Ospedale-Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	REQUISITO	GETINGE			
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente	Motivazione
1	Caratteristiche tecniche generali	15	15	1	Giudizio complessivo OTTIMO in particolare per l'escursione alto/basso 705 mm, altezza minima 565 mm, trent/antitrend 80°, tilt 45°, combinazione trend 80°-tilt 45°, traslazione 460 mm, divaricazione gambe 120°. Ottimo per la specialità laparoscopica, specialistica e superspecialistica
	struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza (anticollisione, numero ricevitori ir e jack telecomando), durata batterie e tempo di ricarica				
	Compatibilità del materiale con quello presente negli altri gruppi operatori di AOUP				
	Adeguatezza alle caratteristiche tecniche richieste per la specialità laparoscopica.	20	20	1	Giudizio complessivo OTTIMO considerate le caratteristiche tecniche del piano che soddisfano pienamente quanto richiesto
	Caratteristiche tecniche del piano:				
	tipo di sezioni, modularità del piano, qualità antidecubito delle coperture, tipo di aggancio rapido e sistemi di sicurezza delle sezioni, radio trasparenza (lungo la larghezza e lunghezza di tutto il piano).				
	Eventuali migliorie ed innovazioni tecnologiche.	30	30	1	Giudizio complessivo OTTIMO: Di facile utilizzo, confortevole e sicuro per il paziente, ottima la pulizia in particolare assenza di soffietto nella colonna e assenza di agganci quali pin e velcro per i cuscini. Stabile, accessori come da capitolato. Il carrello è di facile movimentazione, maneggevole con un sistema integrato di movimentazione dei piani con telecomando, batterie estraibili per la ricarica. Il telecomando ha con display leggibile e completo di informazioni.
	Caratteristiche funzionali e prova pratica:				
	Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione (assenza di velcro e accessibilità a tutte le parti del piano operatorio), facilità di movimentazione dei piani su carrello (con eventuali migliorie), stabilità del sistema in posizioni estreme				
	Accessori specialistici, posizionamento sicuro del paziente				
Carrello (tipologia frenaggio ruote, movimentazione piano tramite pedali ecc.), e semplicità di movimentazione del carrello per pazienti bariatrici.					
Funzionalità telecomando (posizioni memorizzabili, informazioni visualizzabili, display ecc..)	5	3	0,6	Giudizio complessivo BUONO. 36 MESI FULL RISK	
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia:					
qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, al fermo macchina annui massimi garantiti ed in generale alle eventuali proposte migliorative					
TOTALE	70	68			

Per i criteri discrezionali: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice attribuisce un coefficiente, in modo collegiale, variabile da zero ad uno, con i seguenti valori:

Giudizio	OTTIMO	MOLTO BUONO	BUONO	DISCRETO	APPENA SUPERIORE AL MINIMO	MINIMO
Valore assegnato V(a)	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0

Carriani
12