

VERBALE DI RIUNIONE

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
01/03/2024	12:30	13:30
OGGETTO: 5° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 20P077 fornitura di dispositivi per ginecologia e ostetricia per l’Azienda Ospedale – Università Padova, per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi		
PRESENTI		
Presidente:	Dott.ssa Paola Veronese	UOC Ostetricia Ginecologia
Componenti:	Dott.ssa Paola Zanella	UOC Ostetricia Ginecologia
	Dott.ssa Mariangela Casara	UOC Farmacia
Segretario Verbalizzante:	Dott.ssa Angela Scaggiante	U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE		

Presso la sala riunioni della UOC Farmacia si riunisce la Commissione Giudicatrice si riunisce in presenza la Commissione Giudicatrice, per il quinto incontro dei lavori relativo alla procedura in oggetto.

La Commissione procede alla valutazione definitiva dei Lotti n.3-6-7-11-15-17 come da tabella allegata.

I restanti lotti saranno valutati con successivo incontro.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata e tabella allegata, e precisamente:

Presidente:	Dott.ssa Paola Veronese	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
	Dott.ssa Paola Zanella	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI
	Dott.ssa Mariangela Casara	ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Angela Scaggiante

LOTTO 3 - Cateteri per IVG e tubi di raccordo

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	EFFEBI	
Atraumaticità della punta del catetere	25	25	Ottima
Manegevolezza della cannula e del tubo di raccordo	45	45	Ottima
Punteggio totale	70	70	

LOTTO 6 - Spazzolini per prelievi endocervicali

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	AIESI	
Facilità di prelievo	35	35	Ottimo
Atraumaticità	35	35	Ottima
Punteggio totale	70	70	

LOTTO 7 - Perforatori di membrana amniotica

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	IDS	
Atraumaticità della punta	35	35	Ottima
Robustezza del materiale	30	30	Ottimo
Flessibilità	5	5	Ottimo
Punteggio totale	70	70	

LOTTO 11 - Morsetti ombelicali

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	IDS	
Sistema di chiusura e tenuta	35	35	Ottimo
Sicurezza del sistema	35	35	Ottima
Punteggio totale	70	70	

LOTTO 15 - Kit per istero-sonografia e istero-sonosalpingografia composti da catetere a palloncino e siringhe per miscelazione soluzioni

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	UNIMED	
Facilità miscelazione delle componenti liquide	20	18	Raramente il connettore non tiene e fuoriesce il mezzo di contrasto
Capacità di clampaggio del canale cervicale (tenuta)	20	15	Alcuni colli più difficili non permettono il corretto inserimento del catetere, lo stopper non arriva all'OUE e quindi c'è un po' di fuoriuscita del mezzo di contrasto
Ecogenicità e stabilità del mezzo di contrasto	30	30	Il mezzo di contrasto è perfettamente visibile durante tutta la procedura permettendo una corretta e performante esecuzione dell'esame
Punteggio totale	70	63	

LOTTO 17 - Morcellatore monouso a batteria senza cavi

Criteria di valutazione della qualità	Punteggio massimo	EUROCLONE	MEDISERV	
Maneggevolezza, leggerezza, affidabilità	40	Esclusa per presenza di cavi	40	Ottima
Sistema di sicurezza (controllo esposizione della lama)	30		30	Ottima
Punteggio totale	70		70	