

**ELENCO CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO  
QUADRO LA FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA VERTEBRALE**

	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA</b>
1.	<p>Lotto 4 - sistemi elastici posteriori</p> <p><b><i>Non si cita la composizione dell'impianto tipo. Cosa dobbiamo considerare per fare il totale del lotto?</i></b></p>	<p>Non si cita la composizione in quanto impianti forniti da diversi fornitori potrebbero evidenziare una diversa composizione.</p> <p>Pertanto i partecipanti dovranno specificare tutte le componenti necessarie per l'impianto indicando, oltre al prezzo complessivo, il prezzo di componenti indispensabili per eseguire l'intervento.</p> <p>In ogni caso si ritiene che il disciplinare fornisca ulteriori dettagli (pag.3 in alto)</p>
2.	<p>Lotto 8: cages intersomatiche</p> <p><b><i>Si fa riferimento alle cages lombari e cervicali ma poi nella descrizione del lotto si fa riferimento alle sole cages lombari senza accenno alle cervicali. Offriamo anche le cages cervicali?</i></b></p>	<p>Si precisa che con riferimento al lotto 8, Allegati A e A1 del capitolato d'oneri, per errore materiale è stato omesso nella descrizione il riferimento alle cages cervicali che sono oggetto del lotto insieme alle cages lombari.</p> <p>Resta inteso che, come previsto dall'art.2 del disciplinare, dovrà essere indicato lo stesso prezzo unitario per tutte le cages lombari e cervicali offerte.</p>
3.	<p>Disciplinare Art.3- Documentazione tecnica</p> <p><b><i>La documentazione richiesta al punto e) è equiparabile a quella richiesta al punto c)?</i></b></p>	<p>Si, il punto e) dell'art.3 – documentazione tecnica è una ripetizione del punto c).</p>
4.	<p>Disciplinare Art.3- Documentazione tecnica</p> <p><b><i>E' sufficiente la copia dell'etichetta del sistema offerto o sono necessarie le copie delle etichette dei singoli componenti il sistema?</i></b></p>	<p>Sono necessarie tutte le etichette sia del sistema assemblato che delle singole componenti se costituenti unità minime di vendita.</p>
5.	<p>Disciplinare Art.3- Documentazione tecnica</p> <p><b><i>Per i dispositivi non sterili (es. strumentario) la documentazione richiesta è sempre la stessa dei dispositivi sterili?</i></b></p>	<p>I prodotti oggetto dell'offerta devono avere tutta la documentazione richiesta; eventuali prodotti forniti in comodato d'uso (es. strumentario) per il loro utilizzo devono essere accompagnati dalla documentazione prevista dalla Direttiva 93/42/CEE</p>
6.	<p>Disciplinare Art.3- Documentazione tecnica</p>	<p>Al punto j) dell'art. 3 – documentazione tecnica viene espressamente richiesto di indicare gli impianti effettuati in Italia; altro tipo di</p>

	<b><i>E' possibile indicare gli impianti effettuati all'estero o bisogna indicare solo quelli effettuati in Italia</i></b>	documentazione può essere considerata come supplementare.
7.	Disciplinare Art.3- Documentazione tecnica  <b><i>Nel caso non ci siano ancora impianti effettuati in Italia è sufficiente una dichiarazione nella quale indicare che il sistema è appena stato proposto per il mercato italiano?</i></b>	La dichiarazione può essere presentata; spetterà alla Commissione Giudicatrice richiedere eventualmente ulteriori integrazioni
8.	Disciplinare art.2 Presentazione delle offerte  <b><i>La presentazione al medesimo prezzo di dispositivi di marche diverse nello stesso lotto viene considerata offerta plurima o alternativa?</i></b>	A pag. 3 del disciplinare: Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, <b>pena l'esclusione dalla Gara:</b> una sola offerta per ogni dispositivo richiesto (si veda il disciplinare)
9.	Disciplinare art.4 – Cauzione provvisoria  <b><i>E' possibile allegare una dichiarazione dell'ente certificatore ISO per poter usufruire della riduzione del deposito cauzione nel caso in cui il certificato ISO non dovesse essere pronto per il termine di presentazione delle offerte?</i></b>	No.
10.	Lotto 14  <b><i>Considerando che l'unità di misura espressa in gara è in ml e che il cemento è costituito da una parte liquida (ml) e una solida (mg), il prezzo che devo applicare in gara e calcolato solo sulla quantità liquida?</i></b>	Si devono considerare sia la parte liquida che la solida (sommandole) in modo da considerare il volume complessivo espresso in ml. Si ricorda che l'unità di misura indicata serve a comparare le offerte a prescindere dalle quantità contenute nelle confezioni offerte
11.	Lotto 15  <b><i>L'impugnatura dell'ago da vertebroplastica deve essere in acciaio oppure può essere di materiale diverso?</i></b>	Non essendo specificato, le ditte possono offrire ciò di cui dispongono
12.	Capitolato tecnico  <b><i>Nel caso in cui si disponga di 2 o più tipologie di prodotto che differiscono per forma, per metodo di impianto, per diversità di materiale, le stesse sono considerate alternative?</i></b>	La ditta partecipante deve offrire un'unica tipologia di prodotto applicando un unico prezzo a tutte le misure e/o forme della stessa, tranne nei casi dove previsto diversamente (ad es.: per il lotto 8 rif.20 devono essere offerte cages lombari e cages cervicali allo stesso prezzo).
13.	Lotto 9  <b><i>Si conferma della base d'asta indicata nel capitolato?</i></b>	Si conferma la base d'asta
14.	Lotto 9  <b><i>Come deve essere composto l'impianto</i></b>	Si vedano le domande 1 e 2.

	<b>tipo?</b>	
15.	Lotto 14 e Lotto 21  <b>La base d'asta si riferisce al totale in ml o al totale delle confezioni offerte?</b>	La base d'asta si riferisce alle quantità indicate in ml. Si veda anche la domanda 10.
16.	Lotto 18  <b>Che tipologia di impianto deve essere quotata per rispettare la base d'asta? E quali devono essere le quantità dei singoli componenti?</b>	Si veda la domanda 1.
17.	Lotto 6  <b>Nell'allegato A1 vengono richieste per Ulss 16 5 placche e 12 viti, mentre nell'allegato A (capitolato tecnico) si indicano almeno 4 viti per placca: si confermano la base d'asta e il deposito cauzionale?</b>	Si confermano sia la base d'asta che il deposito cauzionale, calcolati sulle quantità totali indicate nell'allegato A1.
18.	Documentazione tecnica, punto n)  <b>Cosa significa la copia dell'offerta analitica senza prezzi?</b>	La ditta offerente deve presentare una copia dell'offerta presentata nella busta 1 senza l'indicazione dei prezzi offerti, pena l'esclusione dalla gara come precisato a pag.4 del disciplinare
19.	Documentazione tecnica  <b>E' necessario presentare un'unica busta "documentazione tecnica" contenente tante buste quanti sono i lotti a cui la ditta partecipa?</b>	Si, nella busta contenente la documentazione tecnica devono essere contenute buste (o involucri) per ogni lotto presentato che riportino ben visibile all'esterno il numero di lotto e di riferimento indicato nel capitolato tecnico, come indicato a pag. 6 del disciplinare.
20.	Istanza di partecipazione, punto g)  <b>La tabella indicata va completata riportando gli importi relativi ai 3 anni di attività di 3 clienti(uno per anno)?</b>	Per ogni anno vanno indicate più forniture di Aziende sanitarie pubbliche o private relative al settore di attività oggetto della gara; il totale delle forniture del triennio deve essere di valore non inferiore al 50% del Lotto o della somma dei Lotti per cui si presenta offerta.
21.	Lotto 18  <b>L'importo a base d'asta sembra essere non allineato ai prezzi attuali di mercato.</b>	Si conferma la base d'asta indicata nel capitolato tecnico.
22.	Lotto 1  <b>Il ns sistema non prevede una fissazione cervicale ma una barra e non prevede uncini ma un altro sistema; la ns offerta sarebbe considerata plurima o alternativa?</b>	La ditta può offrire, attenendosi a quanto disposto dall'art. 68, comma 4 del D.Lgs. 163/06, prodotti non conformi alle specifiche richieste, fermo restando quanto indicato nell'art. 2 punto 2) del disciplinare: ...qualora il sistema offerto preveda un maggior numero di componenti rispetto alle voci descritte in ogni lotto, queste devono essere inserite nella quotazione economica. In ogni caso si ritiene che il disciplinare fornisca ulteriori dettagli (pag.3 in alto)
23.	Lotto 8 e Lotto 9  <b>Si possono offrire un sistema lombare e</b>	Come previsto dall'art.2 del disciplinare, dovrà essere indicato lo stesso prezzo unitario per i due

	<b><i>un secondo sistema cervicale?</i></b>	sistemi offerti.
24.	Lotto 1 viti vertebrali  <b><i>Il sistema prevede due tipologie di viti differenti; è possibile applicare due percentuali diversi per arrivare allo stesso prezzo unitario?</i></b>	Fermo restando quanto indicato nell'art. 2 punto 2) del disciplinare la ditta deve presentare un unico prezzo per ogni riferimento; ciò può implicare una diversa percentuale di sconto a listino.
25.	Lotto 1  <b><i>Come vanno considerati gli articoli che ad esempio chiudono il sistema? Nell'offerta economica?</i></b>	Nell'offerta economica secondo quanto indicato nell'art. 2 punto 2) del disciplinare: ...qualora il sistema offerto preveda un maggior numero di componenti rispetto alle voci descritte in ogni lotto, queste devono essere inserite nella quotazione economica. In ogni caso si ritiene che il disciplinare fornisca ulteriori dettagli (pag.3 in alto)
26.	Lotto 18  <b><i>Dobbiamo calcolare l'importo complessivo dei vari articoli per un impianto tipo standard e calcolarlo per la quantità totale di 4 anni?</i></b>	Si.
27.	Lotto 1 Rif.3  <b><i>Per chiudere il ns impianto siamo costretti ad utilizzare 3 articoli in più: dove vanno inseriti?</i></b>	Vedi domanda 25.
28.	Lotto 19  <b><i>E' previsto un sistema a placche senza però che ci sia il riferimento alle placche nell'allegato A1.</i></b>	Si precisa che nell'allegato A1, capitolato tecnico, alla descrizione del Riferimento 34 per errore sono state indicate barre anzichè placche. Vedi anche domanda 25