

**Procedura aperta per la fornitura di medicazioni generali e specialistiche , teli chirurgici, copristrumenti ed altri dispositivi per l' Area Vasta di Padova**

## **CHIARIMENTI, MODIFICHE E INTEGRAZIONI CAPITOLATO TECNICO**

**CAPITOLATO TECNICO I parte Allegato A al Capitolato d'Oneri (vedi CAPITOLATO TECNICO I parte corretto)**

1. **Lotto 19 Rif. 52:** Cerotto premifistola anallergico sterile, in confezione da due cerotti.

**La confezione non deve essere da 2 cerotti ma una confezione singola sterile.**

2. **Lotto 45:** Medicazioni sterili per fissaggio di cateteri epidurali in confezione singola sterile.

**Per questa tipologia di medicazioni non è significativo indicare la misura.**

3. **Lotto 51 :** Medicazioni trasparenti in poliuretano, non sterili, con adesivo ipoallergenico, permeabili ai gas, cm 10 x 10 metri circa, in confezione singola.

**Si intende una medicazione in rotolo.**

4. **Lotto 52 :** Medicazione adesiva sterile trasparenti in poliuretano estensibile per piaghe da decubito, ustioni e abrasioni superficiali, con adesivo ipoallergenico, permeabili ai gas, cm 6 x 7 circa, confezione singola sterile, in scatole da 100 pezzi massimo.

**L'esatto codice CND da attribuire al lotto 52 è il seguente M04010202 .**

5. **Lotto 57:** Medicazioni sterili in poliuretano non trasparente o altro idoneo materiale, adattabile a cavità, cm 10 x 10 circa, in confezione singola sterile.

**La medicazione si intende non adesiva.**

6. **Lotto 58:** Medicazione aderente sterile in poliuretano costituita da almeno tre strati, permeabile al vapore acqueo impermeabile ai liquidi, in grado di modulare l'essudato, con strato di contatto in silicone atraumatico alla rimozione, confezione singola sterile, misure.

**Le medicazioni non devono avere bordi adesivi, ma devono possedere un'adesività atraumatica.**

7. **Lotto 61: Rif 120** Medicazione sterile con azione adsorbente, contenente carbone attivo con o senza argento, misura circa cm 10 x 10, confezione singola sterile. **Rif 121** Medicazione sterile con azione adsorbente, contenente carbone attivo con o senza argento, misura circa cm 10-15 x 20, confezione singola sterile

**Si richiedono medicazioni con argento.**

8. **Lotto 70:** guaina coprisonda laparoscopica misura cm. 15 x 244 circa, in idoneo materiale, sterile monouso.

**La destinazione d'uso è : guaina copri- sonda laparoscopica per uso intraoperatorio, sono guaine per sonde laparoscopiche**

9. **Lotto 71:** guaina monouso copriendoscopi per endoscopi Vision Sciences e Storz, in idoneo materiale, sterile monouso.

**Si tratta di guaine per nasofaringolaringoscopia.**

10. Nel Capitolato Tecnico I parte sono indicati i **CIG** e relativa tassa per tutti i lotti superiori a € 20.000,00 pertanto il pagamento della TASSA CIG E' **DOVUTO** per tutti i lotti per i quali è indicato (e per i quali la ditta intenda partecipare). **Si avvisa che durante i primi giorni di pubblicazione il capitolato tecnico è stato corretto pertanto vi invitiamo a controllare il documento.**

**CAPITOLATO TECNICO II parte Allegato A al Capitolato d'Oneri (vedi CAPITOLATO TECNICO II parte corretto)**

#### **CARATTERISTICHE QUALITATIVE**

11. **Pagina 22:** I dispositivi della presenta gara devono essere conformi a quanto previsto dalla Direttiva CEE 93/42 (**va sostituito con Direttiva 2007/47/CE**).
12. **Pagina 22 e 23 lotto 6 riff. 17 e 18 lunghette :** La garza deve essere di puro cotone , di prima qualità, bianco candido, di tessitura regolare non obliqua, esente da sfilacciate, priva di cimosa, non deve ingiallire. La garza di cui al rif. 11 (**va sostituito con rif.17**) deve essere costituita da 16 strati, cuciti ai bordi, le cuciture devono essere ripiegate all'interno. La garza di cui al rif. 12 (**va sostituito con rif. 18**) deve essere costituita da 8 strati, cuciti ai bordi, le cuciture devono essere ripiegate all'interno.

#### **CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA**

13. **Pagina 26:** I dispositivi devono essere confezionati secondo la legislazione vigente in materia (Direttiva CEE 2007/47/CE)
14. I punti a) e b) vengono eliminati.

Il Direttore del Dipartimento  
Dr. Mauro Crosato

Si allegano i file :

- **CAPITOLATO TECNICO I parte corretto**
- **CAPITOLATO TECNICO II parte corretto**