

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

DITTE VARIE

Oggetto: ID 21D018 - SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI HIV-RNA, HCV-RNA, CMV-DNA DA CAMPIONI EMATICI. Lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	si chiede di voler specificare il numero di estrazioni che vengono eseguite per anno.	Il numero di estrazioni annue è il seguente: - 20.000 estrazione in matrice sangue intero; - 17.000 estrazioni di RNA da sangue (plasma/siero); - 7.000 estrazioni di DNA da sangue (plasma/siero)
2	<p>1. Oggetto di gara, Tabella A, Pag.2: Si chiede di confermare che i numeri indicati nella colonna "fabbisogno annuo" si riferiscano al numero di Determinazioni e, dunque, al netto di calibratori e controlli</p> <p>2. Requisiti tecnici pena esclusione, Punto 1. Pag.2: Si chiede di chiarire la disposizione riportata al punto 1 (pag. 2) del capitolato descrittivo e prestazionale nella parte in cui prevede che "le Ditte dovranno proporre una soluzione composta da un "Sistema analitico principale" e un "Sistema analitico secondario", anche non identici tra loro". Si chiede, in particolare, se le due strumentazioni richieste debbano essere l'una il backup dell'altra, nel senso che la strumentazione secondaria potrà essere utilizzata solo in caso di fermo strumentale del sistema principale o meno, nel senso che la</p>	<p>1. Si conferma che i numeri indicati si riferiscono al fabbisogno annuo al netto di calibratori e di controlli. La ditta nell'offerta dovrà ricomprendere tutto il materiale necessario, comprensivo quindi anche di calibratori e controlli per effettuare i numeri di test indicati nella tabella fabbisogni, con la cadenza settimanale indicata comprensiva anche di CQI di terza parte seconde le frequenze indicate.</p> <p>2. La ditta dovrà fornire un sistema analitico principale in grado di eseguire il numero e il tipo di test previsti in tabella. Dovrà inoltre offrire in gara un sistema analitico secondario nel caso di fermo strumentale del sistema principale. Il sistema secondario potrà essere anche non identico al principale, ma dovrà essere in grado di effettuare il numero e il tipo di test richiesti. Tale richiesta è motivata dal fatto che l'esito dell'esame deve essere disponibile entro 24 h e non è</p>

	<p>strumentazione secondaria è funzionale a consentire la presentazione di soluzioni in grado di eseguire la routine prevista dal capitolato non solo per mezzo di un unico sistema ma anche attraverso l'utilizzo combinato di due strumenti.</p> <p>In questo secondo caso, anche considerando i criteri di valutazione delle offerte, che premiano la possibilità di eseguire tutti i test su un unico strumento, il minor impatto delle manutenzioni strumentali e il minor ingombro della soluzione proposta, l'obbligatorietà della richiesta di una seconda strumentazione appare del tutto irragionevole e si chiede, dunque, di confermare che le ditte hanno la possibilità di offrire anche un solo strumento analitico, laddove questo sia in grado di soddisfare le richieste del capitolato.</p> <p>3. Requisiti tecnici pena esclusione, Punto 7. Pag.2: Si richiede di completare la frase al punto 7 pag.2: "Indicare l'ingombro volumetrico dei sistemi analitici, per accertare che sia compatibile con gli spazi dello specifico Settore di Laboratorio come indicato in planimetria allegata. Si ve"</p> <p>4. Requisiti tecnici pena esclusione, Punto 12. Pag.3: Si chiede di confermare che le performance analitiche di tutti i test offerti, con riferimento agli standard internazionali citati, rispondono ai criteri fissati dalle linee guida internazionali per il monitoraggio virale (European Association for the Study of Liver EASL, European AIDS Clinical Society EACS, The Third International Consensus Guidelines on the Management of Cytomegalovirus in Solid-organ Transplantation)</p> <p>5. Requisiti tecnici pena esclusione, Punto 15. Pag.3: Si chiede di confermare la sola fornitura di reattivi e consumabili necessari per l'esecuzione dei controlli home made che, per definizione, si assumono essere già disponibili presso la stazione appaltante.</p>	<p>possibile un fermo strumentale.</p> <p>3. La dicitura "Si ve" trattasi di refuso.</p> <p>4. Si conferma quanto indicato nei documenti di gara, precisando che gli standard internazionali si riferiscono ai risultati.</p> <p>5. In riferimento all'istruzione operativa in vigore presso UOC Microbiologia e Virologia di cui alla certificazione Accredia, la fornitura di controlli di qualità di parte terza richiesti nel capitolato speciale deve prevedere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 mL (106 copie/mL) CQI di parte terza per HBV-DNA - 100 mL (104 copie/mL) CQI di parte terza per HIV-RNA - 40 mL (105 copie/mL) CQI di parte terza per HCV-RNA - 100 mL (104 copie/mL) CQI di parte terza per CMV. <p>Per la dicitura home made trattasi di refuso. La dicitura Frequenza</p>
--	--	---

	<p>6. Requisiti tecnici pena esclusione, Punto 16. Pag.3: Si chiede di specificare la finalità d'uso della centrifuga richiesta. Qualora fosse necessaria per l'esecuzione dei test richiesti, si chiede di fornire le caratteristiche tecniche della centrifuga con particolare riferimento alla tipologia di rotore e tubi primari afferenti al centro.</p> <p>Si chiede, altresì, di fornire chiarimenti in merito ai punti di cui sotto del "Disciplinare di gara": 7. Tabella dei criteri discrezionali, Pag.16, punto 4: L'art. 17.1 del disciplinare di gara prevede l'assegnazione tabellare (on/off) di ben 12 punti su un totale di 70 per la "Gestione dei campioni per tutta la strumentazione offerta: - utilizzo della provetta primaria direttamente sull'analizzatore". Tale previsione, laddove dovesse essere interpretata nel senso di comportare l'attribuzione di 0 punti qualora il requisito di utilizzo della provetta primaria direttamente sull'analizzatore sia soddisfatto solo per alcuni, ma non per tutti gli analiti richiesti (HIV-RNA, HCV-RNA, HBV-DNA, CMV-DNA), sarebbe palesemente contraria ai principi di par condicio, ragionevolezza e proporzionalità. Di conseguenza, considerato che gli analiti diversi richiesti sono in tutto 4, si chiede di chiarire che per ogni test per il quale il requisito di utilizzo della provetta primaria direttamente sull'analizzatore sia soddisfatto, sarà attribuito il 25% del punteggio complessivo.</p>	<p>esecuzione cqi terza parte presente in tabella pagina 2 è obbligatoria e si riferisce esclusivamente al numero di test da fornire necessari all'esecuzione dei controlli di qualità di parte terza.</p> <p>6. Si conferma la dicitura originale di capitolato. La centrifuga richiesta a pagina 3 punto 16 si riferisce alla strumentazione accessoria per le fasi analitiche qualora i protocolli/metodiche proposte dall'offerente necessitassero di centrifugazione di qualsivoglia materiale utile all'analisi.</p> <p>7. Si veda modifica ai criteri di valutazione nel documento "Disciplinare di gara".</p>
3	<p>si chiede di perfezionare il PASSOE sul portale AVCPASS poichè risulta incompleto e non gestito, si veda screen allegato.</p>	<p>Si comunica che il PASSOE non è richiesto da documentazione di gara.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di confermare che sia possibile allegare in lingua inglese Dichiarazioni di conformità CE dei prodotti e della strumentazione predisposte dalla Ditta Fabbricante, Certificazioni di qualità ISO, checklist della strumentazione, eventuale bibliografia scientifica o studi clinici, depliant illustrativi, trattandosi di documentazione predisposta da Casa 	<ul style="list-style-type: none"> • Si conferma parzialmente quanto richiesto. Si conferma che le schede tecniche e i depliant siano in lingua italiana.

	<p>Madre e da Enti avente sede all'estero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di confermare che il documento DUVRI debba essere compilato e prodotto solo in caso di aggiudicazione. • In riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, Art. 15 Offerta Tecnica, si chiede di confermare che il modello di offerta economica senza prezzi da presentare sia l'"Allegato_E_-_Modello_offerta_economica_senza_prezzi" di cui alla documentazione di gara pubblicata e non l'Allegato D, come richiesto nel suddetto articolo. • In riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara, Art. 15. OFFERTA TECNICA, "f) Dichiarazione di conformità costruttiva delle apparecchiature proposte alle prescrizioni delle direttive comunitarie EI e Uni e Regolamento 745/2017" si chiede di confermare che tale dichiarazione non sia applicabile in quanto riferita ai dispositivi medici e non alle apparecchiature diagnostiche in vitro oggetto della presente procedura, le quali sono conformi al Regolamento 746/2017. • In riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, pag. 4, paragrafo "Garanzia e Assistenza", "La garanzia dovrà essere almeno di 24 mesi e dovrà comprendere il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk", si chiede di confermare che sia possibile quotare in offerta economica il canone di noleggio e assistenza tecnica relativo ai primi 24 mesi di fornitura, così come anche previsto dal Vostro modello di offerta economica "Allegato_D_-_Modello_offerta_economica". • In riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, Art. 16 Offerta Economica, si chiede di confermare che il modello di offerta economica da presentare sia l'"Allegato_D_-_Modello_offerta_economica" di cui alla documentazione di gara pubblicata e non l'Allegato D, come richiesto nel suddetto articolo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il DUVRI risulta parte integrante della documentazione di gara. Sarà compilato e firmato solo in caso di aggiudicazione. • Si conferma che il modello offerta economica senza prezzi è denominato "Allegato_E_-_Modello_offerta_economica_senza_prezzi" • Si conferma la richiesta della documentazione f) Dichiarazione di conformità costruttiva delle apparecchiature proposte alle prescrizioni delle direttive comunitarie EI e Uni e Regolamento 746/2017. • La durata del contratto è prevista per 60 mesi pertanto la quota di noleggio dovrà corrispondere alla durata succitata come indicato del modello dell'offerta economica e comprensivo del servizio di manutenzione e assistenza full risk. • Si conferma che in riferimento all'offerta economica il modello da presentare è denominato "Allegato D - Modello offerta economica".
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> In relazione alle modalità di compilazione del Vostro Allegato_D_-_Modello_offerta_economica, si chiedi confermare che il riferimento al Lotto 2 e Lotto 3 di cui al succitato modello excel sia un refuso, trattandosi di una procedura di gara a Lotto unico (Lotto 1). Si chiede pertanto di confermare che debba essere compilato e presentato il solo foglio excel denominato "Lotto 1". In considerazione della complessità del presente procedimento di gara, al fine di poter predisporre un'offerta tecnica ed economica pienamente rispondente alle esigenze espresse da parte della Stazione Appaltante, si chiede di voler accordare una proroga di due settimane rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. 	<ul style="list-style-type: none"> Si conferma che i fogli 2 e 3 sono dei refusi, pertanto l'operatore economico può procedere alla loro eliminazione. La procedura è composta unico lotto come indicato nel foglio uno Lotto 1. Si conferma la data di scadenza di presentazione delle offerte fissata ovvero 09/06/2023 ore 12:00
5	<p>in riferimento al punto 16.2 dettaglio offerta economica si chiede di confermare se il modello di offerta riportato sia un refuso in quanto lo stesso è "Allegato E - Modello offerta economica senza prezzi".</p> <p>Si chiede inoltre trattandosi di lotto unico come dev'essere interpretato l'Allegato D - Modello offerta economica in quanto al suo interno riporta 3 fogli di lavoro divisi per "Lotto 1" "Lotto 2" "Lotto 3".</p>	Si veda risposta a chiarimento 4
6	<p>si chiede di confermare o meno che, per il ribasso dell'Offerta economica si debba considerare l'importo di € 3.871.615,00 meno gli oneri da interferenza dell'ente di € 1.683,93 cioè l'importo di € 3.869.931,07.</p> <p>In caso diverso si chiede di specificare quale importo debba essere considerato valido per il ribasso della medesima offerta economica.</p> <p>in attesa di Vostre istruzioni</p>	<p>Si veda tabella a pagina 4 del disciplinare di gara.</p> <p>L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è di € 3.869.931,07.</p>
7	<p>In riferimento al punto 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, Tabella dei criteri discrezionali, pag. 15-17 del Disciplinare di gara, si chiede quanto segue:</p> <p>1. Versatilità strumentale per la strumentazione offerta. Caratteristiche valutate: possibilità di carico in continuo senza necessità di fermo strumentale campioni, reattivi e consumabili. Supponendo che le soluzioni proposte dalle Ditte partecipanti siano costituite da un "Sistema analitico principale" e da</p>	<p>1. Il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale.</p>

	<p>un "Sistema analitico secondario" non identici tra loro, si prega di confermare che il punteggio assegnato a tale caratteristica dovrà riferirsi alla media ottenuta dai punteggi attribuiti ai singoli sistemi analitici.</p> <p>2. Versatilità strumentale: gestione di scarichi e reflui senza interruzione della routine in corso. Supponendo che le soluzioni proposte dalle Ditte partecipanti contengano un "Sistema analitico principale" e un "Sistema analitico secondario" non identici tra loro, si prega di confermare che il punteggio assegnato a tale caratteristica dovrà riferirsi alla media ottenuta dai punteggi attribuiti ai singoli sistemi analitici.</p> <p>3. Gestione della strumentazione: sarà valutato con il massimo del punteggio il minor tempo complessivo di manutenzioni da manuale operatore nei 30 gg solari di utilizzo per il sistema complessivo offerto. Nel caso vengano proposti un "Sistema analitico principale" e un "Sistema analitico secondario" non identici tra loro e considerando che la gestione delle manutenzioni dei suddetti sistemi risulterebbe diversa, si prega di confermare che il punteggio assegnato a tale caratteristica dovrà riferirsi al solo "Sistema analitico principale".</p> <p>4. Gestione dei controlli commerciali ditta: specificare frequenza di esecuzione da manuale operatore. Nel caso vengano proposti un "Sistema analitico principale" e un "Sistema analitico secondario" non identici tra loro e considerando che la gestione dei controlli dei suddetti sistemi risulterebbe diversa, si prega di confermare che il punteggio assegnato a tale caratteristica dovrà riferirsi al solo "Sistema analitico principale".</p> <p>5. Gestione Progetto generale proposto: sarà ritenuto elemento di pregio progettuale la possibilità di analizzare tutti i parametri oggetto di gara con modalità random access. Per quanto di nostra conoscenza,</p>	<p>2. Il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale.</p> <p>3. Si conferma che il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale.</p> <p>4. Si conferma che il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale.</p> <p>5. Si conferma che il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale.</p>
--	---	---

considerando che la modalità random access è solitamente una caratteristica peculiare dei sistemi analitici "integrati", si prega di confermare che il punteggio assegnato a tale caratteristica dovrà riferirsi al solo "Sistema analitico principale".

6. Gestione della calibrazione: maggior punteggio alla soluzione che preveda da manuale operatore il minor numero di calibrazioni nell'arco temporale di 30 giorni solari. Considerando i punti 3, 4 e 5 sopra citati, si chiede di chiarire se il riferimento al termine "soluzione" sia un refuso e sia quindi da considerarsi come "Sistema analitico principale". Inoltre essendo un punteggio di tipo Quantitativo e non Tabellare, si prega anche di indicare il criterio di assegnazione del punteggio oltre quello massimo previsto per "il minor numero di calibrazioni nell'arco temporale di 30 giorni solari".

7. Cadenza analitica complessiva della soluzione intesa come somma della produttività del sistema principale e del sistema secondario nel turno di 8 ore. Supponendo che le soluzioni proposte dalle Ditte partecipanti contengano un "Sistema analitico principale" e un "Sistema analitico secondario" non identici tra loro, al fine di assegnare un punteggio di valutazione corretto alla cadenza analitica complessiva della soluzione e al fine quindi di garantire a codesto Ente di valutare la soluzione realmente migliore dal punto di vista della produttività, si prega di chiarire se l'indicazione del termine "somma della produttività" sia un refuso e sia invece da considerare il termine "media ponderata della produttività" tra sistema principale e secondario.

Inoltre, in riferimento al punto 2. DESTINAZIONE D'USO, SPECIFICHE TECNICHE ED ESIGENZE FUNZIONALI, Requisiti tecnici richiesti pena esclusione, pag. 2 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, si chiede quanto segue:

8. In merito ai seguenti requisiti tecnici

6. Si conferma che il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale. Sarà riconosciuto un punteggio proporzionale nel quale il massimo punteggio sarà attribuito all'offerta con il minor numero di calibrazioni nell'arco dei trenta giorni.

7. Si conferma che la dicitura "somma della produttività" trattasi di refuso, si intende la produttività del sistema principale nel turno delle 8 ore.

	<p>richiesti:</p> <p>1. Le Ditte dovranno proporre una soluzione composta da un "Sistema analitico principale" e un "Sistema analitico secondario", anche non identici tra loro, ad elevata automazione in numero sufficiente all'esecuzione dei test di cui a tabella A nelle 8 ore lavorative 5 giorni su 7;</p> <p>7. Indicare l'ingombro volumetrico dei sistemi analitici, per accertare che sia compatibile con gli spazi dello specifico Settore di Laboratorio come indicato in planimetria allegata;</p> <p>si prega di indicare se, anche in presenza di compatibilità dei sistemi analitici proposti con gli spazi a disposizione dello specifico Settore di Laboratorio, ci sia un rapporto minimo di produttività/mq da rispettare, ovvero un numero totale massimo di strumenti, tra il sistema analitico principale e quello secondario, che ciascuna Ditta potrà offrire</p>	<p>8. No non viene richiesto un rapporto minimo di produttività/mq, saranno accettate tutte le soluzioni strumentali comprendenti il sistema principale ed il sistema secondario compatibilmente con gli spazi disponibili del laboratorio.</p>
8	<p>considerata la complessità della procedura di gara, la presente per chiedere la proroga della data di scadenza per la presentazione delle offerte (12/06) di almeno 15gg.</p>	<p>Si conferma la data di scadenza di presentazione delle offerte fissata ovvero 09/06/2023 ore 12:00</p>
9	<p>siamo a richiedere conferma che la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario, non sia dovuta in caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi.</p>	<p>Come previsto dal disciplinare di gara pag. 8 la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio</p>
10	<p>si chiede di chiarire le prescrizioni segnalate al PUNTO 16.2 relative al Dettaglio dell'offerta economica (pagina 15 del Disciplinare di gara):</p> <p>1) Viene messo a disposizione un allegato denominato "Allegato D" ma nel disciplinare tale allegato è denominato "Allegato E", si precisa che tale allegato per la compilazione dell'offerta è formato da tre fogli EXCELL in cui sono segnalati il LOTTO 1 - LOTTO 2 E LOTTO 3, è chiaro che la gara è composta da un unico lotto PERTANTO SI CHIEDE DI CHIARIRE OPPURE DI FORNIRE LA MODULISTICA CORRETTA per la compilazione del</p>	<p>Si veda risposta a chiarimento 4.</p>

	LOTTO UNICO di gara.	
11	<p>Si chiede cortesemente di chiarire quanto specificato al pagina 2 del BANDO DI GARA,</p> <p>1) vengono indicati i seguenti valori : II.1.5) Valore Stimato IVA ESCLUSA : € 5.980.870,85 II.2.6) Valore Stimato IVA ESCLUSA : € 3.871.615,00 desumiamo che il valore corretto sulla quale gli operatori economici dovranno praticare il ribasso è quello segnalato anche nel disciplinare di gara €3.871.615,00; Non riusciamo però a capire a cosa si riferisce l'importo di €5.980.870,85, volgate cortesemente chiarire se trattasi di refuso o se l'importo è calcolato realmente sulla base di specifici valori di gara.</p>	<p>La base d'asta su cui effettuare il ribasso è di € 3.869.931.07.</p> <p>L'importo a base d'asta comprensivo dei costi di interferenza è di € 3.871.615,00. L'importo complessivo comprensivo delle opzioni è di € 5.593.709,35.</p> <p>Pertanto l'importo di € 5.980.870,85 indicato nel bando e l'importo complessivo di € 6.368.032,35 indicato nel disciplinare risultano dei refusi.</p>
12	<p>con la presente si chiede la possibilità di procedere ad una proroga dei termini di presentazione dell'offerta di gara di ulteriori 15 giorni al fine di poter addivenire alle richieste capitolari nel migliore dei modi</p>	<p>Si veda risposta a chiarimento 8.</p>
13	<ul style="list-style-type: none"> • In riferimento al punto 5 dei "requisiti tecnici richiesti pena esclusione", si chiede conferma che i reagenti offerti debbano essere validati CE-IVD per l'utilizzo sui sistemi analitici sui quali vengono offerti (validazione CE-IVD dell'intero processo analitico). • In riferimento al punto 15 dei "requisiti tecnici richiesti pena esclusione", si chiede conferma che i controlli di qualità di parte terza corrispondono ai CQI in tabella riportata a pagina 2 del Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale. • Si chiede di confermare che i test necessari per l'esecuzione dei CQI terza parte NON siano inclusi nella colonna Fabbisogno annuo della tabella presente a Pag. 2 del Documento "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale" e che per l'elaborazione dell'offerta economica debbano essere conteggiati anche i reagenti e consumabili per l'esecuzione dei CQI terza parte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si conferma quanto riportato nel capitolato speciale al punto 5 che prevede che tutti i materiali dovranno essere ce ivd per tutte le fasi del processo analitico. • Si conferma quanto indicato nei documenti di gara. <p>i cqi non sono inclusi nella colonna "fabbisogno annuo". La ditta nell'offerta dovrà ricomprendere tutto il materiale necessario, comprensivo quindi anche di calibratori e controlli per effettuare i numeri di test indicati nella tabella fabbisogni, con la cadenza settimanale indicata comprensiva anche di CQI di terza parte seconde le frequenze indicate.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Si chiede di specificare la frequenza di esecuzione dei CQI terza parte. • Si chiede di confermare che i CQI di terza parte offerti debbano essere CE-IVD. • Si chiede di confermare che i CQI parte terza vadano eseguiti su ciascuno degli strumenti offerti, in relazione ai test su di essi proposti. • Si chiede di confermare che, non essendo diversamente specificato nella documentazione di gara, tutti i sistemi analitici, sia il principale che il secondario, debbano essere offerti nuovi di fabbrica e di ultima generazione. • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 2 “Tempo per l’ottenimento del primo risultato, dal caricamento del campione al risultato finale inteso come sistema in pronto da calibrare e verificare nei controlli”, si chiede di confermare che tale caratteristica è riferita a tutti i sistemi offerti, principale e secondario. • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 6 “Versatilità strumentale per la strumentazione offerta. Caratteristiche valutate: possibilità di carico in continuo senza necessità di fermo strumentale campioni, reattivi e consumabili” si chiede di confermare che tale caratteristica è riferita a tutti i sistemi offerti, principale e secondario. • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 7 “Versatilità strumentale: gestione di scarichi e reflui senza interruzione della routine in corso,” si chiede di confermare che tale caratteristica è riferita a tutti i sistemi offerti, principale e secondario. • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 7 “Versatilità strumentale: gestione di scarichi e reflui senza interruzione della routine in 	<ul style="list-style-type: none"> • Vedasi tabella pagina 2 del capitolato tecnico descrittivo prestazionale. • Si conferma quanto indicato negli atti di gara. • Si conferma. • Si conferma. • Si conferma che il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale. • Si veda risposta chiarimento 7. • Si veda risposta chiarimento 7. • Si conferma.
--	---	--

	<p>corso”, si chiede di confermare che per “routine in corso” si intenda la seduta analitica, dal caricamento del campione all’ottenimento del risultato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 8 “Gestione della calibrazione: maggior punteggio alla soluzione che preveda da manuale operatore il minor numero di calibrazioni nell’arco temporale di 30 giorni solari”, si chiede di confermare che tale caratteristica è riferita a tutti i sistemi offerti, principale e secondario. • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 8 “Gestione della calibrazione: maggior punteggio alla soluzione che preveda da manuale operatore il minor numero di calibrazioni nell’arco temporale di 30 giorni solari”, si chiede di indicare quale sia la formula matematica applicata per l’attribuzione del punteggio, così come esplicitato nelle altre caratteristiche oggetto di punteggio valutate con criterio quantitativo. • Relativamente alla Caratteristica oggetto di punteggio 8 “Gestione dei controlli commerciali ditta: specificare frequenza di esecuzione da manuale operatore”, si chiede di confermare che tale caratteristica sia riferita a tutti i sistemi offerti, principale e secondari. 	<ul style="list-style-type: none"> • il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale. • Vedasi risposta chiarimento 7 punto 6. • Si conferma che il punteggio attribuito si riferirà al sistema analitico principale.
14	<p>desideriamo far presente che nel caricare a sistema la documentazione amministrativa esiste un campo OBBLIGATORIO denominato DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 4 di cui non ci sono prescrizioni e documenti da produrre DESCRITTI NEL DISCIPLINARE DI GARA, tale campo essendo obbligatorio impedisce agli operatori economici di proseguire a sistema. Si chiede cortesemente di confermare o meno che sia sufficiente inserire anche un documento ad esempio il doc di identità del sottoscrittore dell’offerta per poter proseguire con la gara.</p>	<p>Si conferma quanto richiesto.</p>

Chiarimenti aggiornati al 31/05/2023.

Si precisa che i termini per le richieste di chiarimenti risultano scaduti.

Allegati: Disciplinare di gara aggiornato.

Distinti saluti

Il Direttore della
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin



