

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

ID Gara n. 20D034 – Procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione quantitativa di proteine specifiche, su campioni di siero, urine e liquido cefalorachidiano per la UOC Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedale – Università Padova.

VERBALE DI PRESA D’ATTO DELLA VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Stazione appaltante	Azienda Ospedale – Università Padova
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016
Codice CPV principale	33124110 Sistemi diagnostici
Termine ultimo per la presentazione delle domande	Ore 9:00 del 20/06/2022
Criterio di aggiudicazione	Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4
Base d’asta	Lotto 1 “Analiti elencati nell’Allegato F, strumenti, assistenza tecnica e middleware” con un importo a base d’asta di € 1.981.600,00 iva esclusa, di cui € 1.600,00 di costi di interferenza non soggetti al ribasso; CIG 9228727A6F Lotto 2 “Analiti elencati nell’Allegato G” con un importo a base d’asta di € 1.092.000,00 iva esclusa. CIG 9228746A1D
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Maria Elena Serafin

Come previsto al punto 19 del bando, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione procedimentale”), in base a quanto disposto dall’art 1, comma 3, del D.L. n. 32/2019, come convertito dalla L. n. 55/2019, l’Autorità di gara prende atto del prot. 53094 del 10/8/2022 della UOC Medicina di Laboratorio, nel quale:

- Per il lotto 1, è stata valutata la proposta tecnica presentata dalla ditta Siemens Healthcare non conforme per mancanza di un requisito minimo espresso nel capitolato speciale ““// sistema offerto deve essere costituito da uno o più strumenti che utilizzino quale tecnica analitica la turbidimetria o la nefelometria per almeno l’80% degli analiti richiesti...”. La proposta della Ditta Siemens Healthcare prevede la fornitura di quattro strumenti (n. 2 Atellica CH930 e n. 2 AtellicaNeph 630) che utilizzano principi analitici diversi immunoturbidimetria e immunonefelometria, rispettivamente).”

E' stata quindi presa in esame la proposta tecnica della ditta Binding Site che invece soddisfa pienamente i requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale.

- Per il lotto 2, è stata valutata la proposta tecnica presentata unicamente dalla ditta Binding Site ed è stata dichiarata conforme ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale.

Preso atto dei predetti esiti, l'Autorità di gara ha proceduto a verificare la documentazione amministrativa della ditta Binding Site, che risulta corretta e completa.

L'esito pertanto è il seguente:

1. Esclusione per il lotto 1 della ditta Siemens Healthcare per non conformità al capitolato speciale per i motivi predetti;

2. Proposta di graduatoria per il lotto 1 e 2

Lotto 1: Binding Site 1^a classificata;

Lotto 2 : Bindign Site 1^a classificata.

Il presente verbale, steso in base alle risultanze di gara, è composto da n.2 facciate.

Il Direttore della
UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Dott.ssa Maria Elena Serafin

